



NAROČNIK:
Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

»NUJNO REŠEVALNO VOZILO Z MEDICINSKO OPREMO«

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI
Portal javnih naročil, zap. št. JN000266/2017-W01, objavljeno dne 17.1.2017

ŠTEVILKA POSTOPKA: | 460-1/2017

DATUM: | 17.1.2016

Vsebina

a)	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	4
1.	PODATKI O JAVNEM NAROČILU	4
2.	PODATKI O PONUDNIKIH	4
3.	PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5
4.	PREDLOŽITEV PONUDBE	5
5.	ODPIRANJE PONUDB.....	5
6.	DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM IN SPREMINJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5
b)	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	7
I.	SPLOŠNI DEL.....	7
1.	PРАВNA PODLAGA	7
2.	NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA	7
3.	SKUPNA PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV	38
4.	PONUDBA S PODIZVAJALCI	38
5.	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE ODDAJE NAROČILA	39
6.	DODATNO NAROČILO	40
7.	ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA	40
8.	PREGLED PONUDB.....	40
9.	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	42
10.	SKLENITEV POGODBE.....	42
11.	ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV.....	43
12.	KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI	43
13.	ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE.....	43
14.	PРАВNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA.....	44
15.	PODPIS PONUDBENE DOKUMENTACIJE	45
II.	POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	46
1.	USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI.....	46
2.	NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV.....	47
3.	NEOBSTOJ DRUGIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV	49
4.	POGODBA.....	50
5.	FINANČNA ZAVAROVANJA	51
III.	IZDELAVA PONUDBE	53
1.	OBLIKA PONUDBE.....	53
2.	VELJAVNOST PONUDBE	54
3.	PREGLED PONUDB.....	54
4.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO IN PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	54
IV.	CENA.....	54
V.	PLAČILNI POGOJI	55
VI.	MERILA ZA IZBOR.....	55
c)	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE.....	57
	PRILOGA št. 01	60
	PRILOGA št. D/1.....	61
	PRILOGA št. D/2.....	63
	PRILOGA št. P/1.....	65

PRILOGA št. D/3.....	66
PRILOGA št. D/4.....	70
PRILOGA št. D/5.....	71
PRILOGA ŠT. D/11	72
PRILOGA ŠT. D/12	79
PRILOGA ŠT. D/13	80
PRILOGA ŠT. D/14	81
PRILOGA ŠT. D/16	82
PRILOGA ŠT. D/17	85
PRILOGA št. G/1	86

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi oddajo javnega naročila, za javno naročilo »Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo«, objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000266/2017-W01, dne 17.1.2017.

Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika je 460-1/2017.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila male vrednosti.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s pripravo ponudbe!

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije!

2. PODATKI O PONUDNIKIH

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo za to javno naročilo.

Kot ponudnik lahko v postopku konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje naročnika.

V postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, vključno z začasnimi združenji. Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko. Ne glede na navedeno, pa bo naročnik, v skladu s 6. odstavkom 10. člena ZJN-3, od skupine gospodarskih subjektov, ki jim bo javno naročilo oddano, zahteval, da prevzamejo določeno pravno obliko. Če bo skupina gospodarskih subjektov, kot ponudnik, uporabila pri izvajanju predmetnega javnega naročila zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov bo naročnik, v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteval, da so navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi

ponudbi pa kot podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.

3. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Razpisna dokumentacija in priloge je ponudnikom dostopna na spletni strani Zdravstvenega doma Ajdovščina <http://www.zd-ajdovscina.si/>, v rubriki javna naročila, pod objavo predmetnega naročila in je brezplačna.

4. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen obrazec ponudbe (vsebovan v prilogi št. G/1).

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika ali predajo ponudbo osebno na tajništvo naročnika na naslovu Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do **dne 3.2.2017 najkasneje do 9:00 ure**.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

5. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo **dne 3.2.2017 ob 9.30 uri**, v prostorih Zdravstvenega doma Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, naročnik pa bo v iz predloženih ponudb, v skladu s 6. odstavkom 88. člena ZJN-3, javno prebrani naslednje podatke:

- naziv ponudnika oz. vodilnega ponudnika,
- ponudbena cena brez DDV.

V zapisnik se vpiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov podanih v zvezi s postopkom odpiranja ponudb.

6. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM IN SPREMINJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva **zgolj preko portala javnih naročil**. Če bo naročnik pravočasno prejel zahtevo za pojasnilo ali dodatno informacijo, bo vsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, pred iztekom roka za oddajo ponudb, zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Ponudniki lahko naročniku **postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil**. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na portalu javnih naročil postavljena do vključno **30.1.2017** do 12:00, odgovoril do **31.1.2017**.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki in za dodatne razlage, dopolnila, podatke ali pojasnila, ki niso bila podana v pisni obliki preko portala za javna naročila, naročnika taka pojasnila, dodatki in razlage ne obvezujejo!

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil. Dodatek bo objavljen tudi na spletni strani naročnika <http://www.zd-ajdovscina.si/>, v rubriki javna naročila, pod objavo predmetnega naročila.

Ponudnikom predlagamo, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na portalu javnih naročil!

S spoštovanjem!

Direktorica
Boža Ferfolja

b) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

I. SPLOŠNI DEL

1. PРАВNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- vsa veljavna zakonodaja, podzakonski predpisi in veljavni standardi, ki ureja to področje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, predpisi in standardi.

2. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik javnega naročila je Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina.

Predmet javnega naročila je nakup nujnega reševalnega vozila v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo na podlagi 2. odstavka 47. člena ZJN-3 v postopku izvedel en krog pogajanj. O protokolu pogajanj bodo ponudniki obveščeni pisno, po izvedbi odpiranja ponudb.

ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE REŠEVALNEGA VOZILA TYP B SIST EN 1789:2007+ A2:2015

1	SPLOŠNE ZAHTEVE
1.1	Nujno reševalno vozilo (v nadaljevanju RV) je namenjeno izvajanju nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči, hkrati omogoča izvajanje intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči.
1.2	RV izpolnjuje vse zahteve standarda <i>SIST EN 1789: 2007+A2:2015</i> Medicinska vozila in pripadajoča oprema — RV (v nadaljevanju SIST EN 1789) ter razpolaga s potrebnimi dokazili o skladnosti s standardom.
	Prijavi na razpis je potrebno predložiti:

1.2.1	[1] Izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo (obrazec razpisne dokumentacije) predelovalca/opremljevalca RV ali kontrolnega organa, s katero potrjuje skladnost ponujenega RV z zahtevami standarda SIST EN 1789 — skladnost izdelave RV z vzorčnim primerkom, podvrženem varnostno tehničnemu preskušanju ali kontroliranju na segmentu zahtev, ki izhajajo iz: [1a] Aneksa A; [2] jezik: slovenski.
1.2.2	[1] Podpisano in žigosano izjavo predelovalca/opremljevalca RV ali izvajalca preskušanj o povzetku preskušanj (Test Summary) po vzorcu Aneksa A — nanaša se na opravljena dinamična in druga varnostno-tehnična preskušanja za ponujeno RV; [2] jezik: slovenski; v primeru, da izvirna listina ni zapisana v slovenskem jeziku je potrebno priložiti original ali kopijo originala izvirne listine ter uradni prevod v slovenski jezik (opredelitev velja tudi za vse nadaljnje točke, v katerih je kot zahtevan jezik naveden slovenski jezik).
1.2.3	[1] S strani predelovalca/opremljevalca ali ponudnika RV ali ponudnika podpisane in žigosane fotokopije originalnih poročil (vključno s prilogami) o celotni izvedbi uspešno opravljenih dinamičnih in drugih varnostno-tehničnih preskušanj; [2] preskušanja opravljena najmanj v petih (5) smereh: naprej in nazaj, bočno — levo in desno ter vertikalno; [3] vsa dokazila izkazujejo skladno s standardom 1789, minimalno obremenitev testnih objektov 10g, v primeru, da ponudnik razpolaga tudi s testiranjem pri višjih obremenitvah, potem priloži dokazila z izvedenimi testiranjem pri višjih obremenitvah. [4] jezik: slovenski, nemški ali angleški; [5] zahtevana dokazila za:
a)	Preskušanje izgradnje (konstrukcije in izdelave) bolniškega dela;
b)	Preskušanje izgradnje in pritrditev pohištvenga interierja;
c)	Preskušanje pritrdišč mize bolniških nosil;
d)	Preskušanje pritrdišč neodstranljivo vgrajenih sedežev;
e)	Preskušanje pritrdišč samostojnih varnostnih pasov;
f)	Preskušanje pritrdišč medicinsko tehničnih naprav in opreme najmanj za: [1] EKG monitor/defibrilator [2] ventilator/respirator; [3] aspirator; [4] posode za kisik;
g)	Preskušanje varnosti oseb — testiranje z uporabo preiskovalnih lutk (najmanj na bolniških nosilih).
	V primeru, da ponudnik ponuja vozilo, ki ima opravljene dinamična testiranja, ki presegajo s standardom EN 1789 določene minimalne obremenitve (10g), potem priloži te dokumente, kot dodatek dokumentov iz točke 1.2.3.. V obrazec »Izjava o skladnosti ponujenega reševalnega vozila z zahtevami standarda SIST EN 1789 « vpiše vrednost vsote obremenitev po posamičnih smereh (naprej, nazaj, bočno L, bočno D, vertikalno).
1.2.4	[1] Podpisano in žigosano izjavo predelovalca/opremljevalca RV ali izvajalca preskušanj ali opravljenih kontrol o skladnosti (Certificate of Compliance) po opredelitvi, podani v točki. 8, standarda SIST EN 1789; [2] jezik: slovenski.
1.2.5	[1] Dokazilo o uspešno opravljenem preskušanju ali kontroli iz katere koli zahteve iz točke 5, standarda SIST EN 1789; [2] dokazilo predstavlja, s strani predelovalca/opremljevalca ali ponudnika podpisano in žigosano fotokopija: [2a] originalnega poročila (vključno s prilogami) o celotni izvedbi uspešno opravljenih preskušanj ali kontrol ali [2b] izdanega certifikata ali [2c] druge verodostojne listine; [3] jezik: slovenski ali angleški ali nemški.

1.2.6	Dokazila o usposobljenosti preskuševalnega/kontrolnega organa
	<p>[1] Zahtevana preskušanja pod to. »1.2.3« so obvezno opravljena s strani preskuševalnega organa: [1a] akreditiranega od nacionalnega akreditacijskega organa, vključenega v sistem evropske akreditacije ali [1b] pooblaščenega s strani pristojnega nacionalnega državnega organa države članice evropske skupnosti; [2] preskušanja zahtevana pod to. »1.2.5« so lahko opravljena ali preverjena tudi s strani druge preskuševalne ali kontrolne organizacije, ki ima glede na zahtevana preskušanja/kontroliranja ustrezen certifikat, pridobljen od organizacije, akreditirane v skladu s predhodno zahtevo »1 a« ali pooblaščne v skladu s predhodno zahtevo »1 b«; [3] jezik: slovenski ali angleški ali nemški.</p>
	<p>[1] Kot ustrezno dokazilo za preskušanja zahtevana pod to. »1.2.3« se razume dokazilo o priznavanju usposobljenosti preskuševalnega organa za izvajanje opravljenih preskušanj, s katerega je razvidno najmanj: [1a] obseg akreditacije ali pooblastila (oznaka ali naslov standarda ali nestandardne preskusne metode, območje preskušanj oz. omejitve in predmet preskušanj); [1b] datum prve pridobitve in zadnje revizije akreditacije ali pooblastila; [1c] izdajatelj akreditacije ali pooblastila;</p> <p>kot ustrezno dokazilo se razume tudi poročilo o preskušanju (a-test), s katerega je neposredno razvidna akreditacija oz. pooblastilo; [3] kot ustrezno dokazilo za preskušanja zahtevana pod to. »1.2.5« se razume predhodnemu (zahteva št. »1« ali št. »2«) enakovredno dokazilo ali pa tudi zgolj certifikat ali drugo dokazilo o priznavanju usposobljenosti organizaciji za izvajanje zahtevanih preskušanj in kontrol ali pa je to razvidno neposredno z izdanega potrdila ali drugega dokazila; [4] jezik: slovenski ali angleški ali nemški; [5] vodilo razumevanju pojmov povezanih z akreditacijo/pooblastilom ter še posebej obliko in vsebino priloženih dokazil o preskušanju/kontroli iz to in drugih točk, zajetih v okviru poglavja »Splošne zahteve« predstavljajo splošna načela akreditacije, v slovenskem prostoru povzeta v dokumentih Slovenske akreditacije.</p>
1.2.7	Dokazilo- poročilo o opravljeni meritvi količnika zračnega upora predelanega vozila.
	Ponudnik priloži poročilo o opravljeni meritvi količnika zračnega upora predelanega vozila, izvedenega v vetrovniku na predelanem vozilu v razmerju 1:1 pri hitrostih 120, 140 in 160km/h. Količnik zračnega upora predelanega vozila ne sme preseči 10% vrednoti nepredelanega vozila.
1.2.8	Dokazila, da je svetlobna opozorilna signalizacija izdelana v skladu z zahtevami <i>ECE-R 65</i>
	[1] Dokazovanje: [1a] za osnovno opozorilno signalizacijo: s predložitvijo kopij homologacijske listine za svetlobni modul ali celoten sklop; [1 b] za preostalo modro svetlobno opozorilno signalizacijo: s predložitvijo kopij homologacijske listine ali tehničnega kataloga ali druge verodostojne listine s katere je razvidno izpolnjevanje zahtev; [3] jezik: slovenski ali angleški ali nemški.
1.2.9	Dodatna, na osnovno vozilo nanašajoča se oprema in oprema vgrajena s predelavo v RV, izpolnjuje zahteve <i>Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil</i> — je homologirana in vpisana v Potrdilo o skladnosti za vozilo; RV je homologirano za namen specialnega RV.
1.3.0	Druga zahtevana dokazila o skladnosti z zahtevami standarda SIST EN 1789

	[1] Za mizo bolniških nosil; [2] za napravo z več točkovnim varnostnim zaklepom za fiksacijo podnožja bolniških nosil z mizo bolniških nosil; [3] za neodstranljivo vgrajene sedeže bolniškega prostora; [5] za samostojne varnostne pasove bolniškega prostora; [6] za nosilce medicinsko tehničnih naprav in opreme za: [6a] EKG monitor/defibrilator; [6b] ventilator; [6c] aspirator; [6d] osrednjih posod za kisik; [7] dokazovanje: s predložitvijo certifikata ali a testa ali tehničnega kataloga ali druge verodostojne listine; [7a] jezik: slovenski ali angleški ali nemški.
1.3.1	Dokazila, da transportna oprema za paciente in njena namestitve izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 1789 in standarda SIST EN 1865 , Specifikacija za opremo za ravnanje s pacienti v RV , 1., 4. in 5. del.
	[1] Dokazovanje s predložitvijo certifikata ali a-testa ali tehničnega kataloga ali druge verodostojne listine za: [1a] bolnika nosila; [1b] podnožje bolniških nosil; [1c] stol za transport pacienta; [2] jezik: slovenski ali angleški ali nemški.
1.4	Izjava- certifikat proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje:
	[1] splošna izjava- certifikat: [1a] da so predelava v RV in za to potrebni posegi na osnovnem vozilu odobreni s strani proizvajalca osnovnega vozila; [1b] da predelava v RV in za to potrebni posegi na osnovnem vozilu ne vplivajo na splošna, najmanj dvo-(2) letna garancijska jamstva osnovnega vozila; [2] posamične odobritve- Certifikat No Objection: [2a] za izvedbo povišanih drsnih bočnih vrat (v kolikor niso originalna); [3] jezik: angleški, nemški ali slovenski.
1.5	Izjava- certifikat proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje:
	[1] Splošna izjava certifikat: da je tehnološki nivo in kvaliteta predelave usklajena z nivojem osnovnega vozila, za kar ima predelovalec s strani proizvajalca osnovnega vozila priznan ustrezen status- Premium partner ali podobno.
1.6	Dokazovanje kakovosti in izpolnjevanja zahtev ob prijavi na razpis (jezik: slovenski ali angleški ali nemški):
a)	[1] Predelovalec/opremljevalec RV razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 9001; [1a] dokazovanje: kopija certifikata.
b)	[1] Kakovost vsega ponujenega blaga ustreza predpisom, standardom kakovosti in deklaracijam, pod katerimi se to prodaja ter drugim zahtevam, specificiranimi s tehničnim opisom v razpisni dokumentaciji; [1 a] dokazovanje: katalogi, prospekti, ipd.
c)	[1] Ponudnik predloži tehnične risbe predelave zunanosti RV ter bolniškega in vozniškega prostora z vrisanimi dimenzijami in zahtevanimi elementi opreme z, v specifikaciji ponudbe opredeljenih pogledov; [2] vse tehnične risbe so izrisane in natisnjene najmanj v merilu 1:20 in na razpolago naročniku tudi v elektronski obliki; [2a] dodatno so tehnične risbe podprte s slikovnim gradivom.

d)	1] Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnika zahteva, da v roku največ sedmih (7.) koledarskih dni zagotovi ogled že izdelanega RV identičnih karakteristik — zahteva se nanaša najmanj na: [1a] isto ali enakovredno osnovno vozilo ali isto ali enakovredno osnovno vozilo in isto ali enakovredno nadgradnjo bolniškega dela — modula; [1b] istega predelovalca/opremljevalca in [1c] isto ali primerljivo varianto predelave — izvedbo (izdelavo) bolniškega prostora; [2] vzorčno vozilo mora ustrezati vsem ključnim tehničnim zahtevam posameznih sistemov ali sklopov RV ter omogočati projekcijo oz. simulacijo vseh preostalih tehničnih zahtev naročnika; [3] z vzornim vozilom ponudnik dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila ter obstoječo referenco; [4] ogled se opravi na sedežu naročnika — v nasprotnem ponudnik prevzema vse nastale stroke ogleda s strani dvo (2) članske komisije.
1.7	Ob predaji RV ponudnik/dobavitelj naročniku dodatno predloži:
a)	Dokumente o homologaciji dokončanega RV v R. Sloveniji, kot tudi fotokopije certifikatov o ES homologaciji dodatno vgrajenih sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali druge tehnične opreme.
b)	Navodila za uporabo RV, vgrajene opreme in naprav;
c)	Poročilo proizvajalca ali kontrolnega organa o opravljeni končni kontroli: vključuje seznam vseh, v končni kontroli zajetih sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali druge tehnične opreme RV, kot tudi medicinsko-tehnične opreme — dodatno je razviden proizvajalec in morebitne serijske oz. druge identifikacijske številke/oznake.
1.8	Garancijsko obdobje — za vso ponujeno blago je podana garancija samega proizvajalca blaga ali predelovalca/opremljevalca RV
	1] Za: [1a] osnovno vozilo; [1b] predelavo/dodelavo osnovnega vozila v RV (kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del vključno z vso v RV trdno vgrajeno medicinsko in nemedicinsko opremo in napravami) ter [1c] vso drugo medicinsko in nemedicinsko opremo in naprave je podana garancija za najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva končne primopredaje RV — podpisa prevzemnega zapisnika; [2] za protikorozijsko zaščito pločevine so zagotovljeni najmanj takšni garancijski roki, kot jih zagotavlja proizvajalec osnovnega vozila. [3] Garancijska doba v nobenem primeru ne sme biti kraja od, s strani proizvajalca blaga podane garancijske dobe. [4] Za v garancijskem roku, v okviru »1b« opredeljene zahteve prepoznane pomanjkljivosti, napake, okvare ali druge posledice slabe kakovosti vgrajenih materialov, naprav, opreme, izvedene predelave, naročnik uveljavlja neposredno pri ponudniku ter [4a] za elemente informacijsko komunikacijskega sistema tudi pri neposrednem vzpostavitelju sistema.
1.9	Po garancijsko vzdrževanje, servisiranje in oskrba z rezervnimi deli
	[1] Poleg uveljavljanja, na predelavo/dodelavo osnovnega vozila v RV vezanih, garancijskih upravičenj neposredno pri ponudniku, to zagotavlja tudi vzdrževanje, servis in oskrbo z rezervnimi deli za vse elemente vezane na predelavo/dodelavo osnovnega vozila v RV, vključno z vso v RV trdno vgrajeno medicinsko in nemedicinsko opremo in napravami, še najmanj v času življenjske dobe blaga — predvidena življenjska doba blaga znaša najmanj sedem (7) let.
1.10	Zagotavljanje garancijskih in po garancijskih storitev/servisov

	<p>[1] Za garancijsko in po garancijsko obdobje ponudnik zagotavlja usposobljen servis/serviserja v R. Sloveniji ali v državi EU, ki ima s strani proizvajalca blaga pridobljeno pooblastilo — certifikat za vzdrževanje in servisiranje ponujenega blaga ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli; [2] Dokazovanje: ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi prilaga dokument, ki dokazuje, da ima ponudnik ali proizvajalec osnovnega vozila ali predelovalec/opremljevalec RV ali drug proizvajalec ponujene opreme in naprav zagotovljen pooblaščen servis/serviserja v RS ali EU, ki izpolnjuje s strani naročnika podane zahteve za servis: [2a] pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščen servis/serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje — vzdrževanje ponujenega blaga ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli.</p>
1.11	Usposabljanje uporabnika
	<p>[1] Ponudnik mora za učinkovito in varno uporabo, ter delovanje opreme (posebej tiste, s katero naročnik še ne razpolaga) zagotoviti: usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za dva (2) delavca naročnika, ki jih bo določil uporabnik.</p>
2	ZAHTEVE ZA VOZILO
OSNOVNO VOZILO	
2.1	splošne zahteve
	<p>[1] RV kot celota in vsa v izdelavi/predelavi/dodelavi uporabljena oprema, naprave in drugi elementi so novi, modelsko najnovejše generacije ter ustrezajo zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih dela, v klimatskem okolju naročnika; [2] dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote in druga tehnična oprema so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV; [3] konstrukcijska zasnova RV omogoča fleksibilnost za kasnejše prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme; [4] RV je v celoti, (vključno odbijači, ogledala) pobarvano v barvi RAL 1016; [4a] osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.</p>
2.2	Izvedba osnovnega vozila
	<p>[1] Vozilo kombi/furgon izvedbe za predelavo potniškega/tovornega prostora v bolniški prostor</p>
2.3	Zasnova RV
	<p>[1] RV ima vozniški del (v nadaljevanju VD) znotraj katerega se nahaja vozniški prostor (v nadaljevanju VP) in bolniški del (v nadaljevanju BD), znotraj katerega se nahaja bolniški prostor (v nadaljevanju BP); [1a] VP in BP sta med seboj ločena s fiksno predelno steno.</p>
2.4	Zunanje mere RV
	<p>[1] Dolžina: ≤ 5.290 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina : ≤ 1.905 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina : največ 2.550mm.</p>
2.5	Notranje mere BP

	[1] Dolžina : <i>min.</i> 2.700 mm (merjeno čez vse — za predelavo razpoložljiva dolžina BP); [2] Širina : minimalno z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B; [3] višina : <i>min.</i> 1.840 mm (merjeno od tal do stropa — brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja); [4] vse, merjeno po opredelitvah standarda SIST EN 1789.
2.6	Masa v stanju pripravljenem za vožnjo
	[1] Masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo (v pomenu teh STK-jev) je masa, ki zajame vse v okviru osnovnega vozila in s predelavo/dodelavo v RV trajne namestitve sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot in opreme (tudi električne, informacijsko-komunikacijske, interier), kot tudi popolnjenost teh z ustreznimi količinami tekočin; [1a] posoda za gorivo in posoda za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR sta napolnjeni do 90 % prostornine; [2] vključuje tudi vso drugo dodatno opremo in naprave, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa vozila (kot. npr. rezervno kolo, dvigalka za kolo, orodje, gasilni aparat idr.); [3] v maso RV pripravljenega za vožnjo se NE zahteva zgolj odstranljiva (prenosna) medicinsko tehnična oprema in material za obravnavo pacientov in njihov transport.
2.7	Minimalno zahtevana nosilnost transportna zmogljivost
	1] RV razpolaga minimalno z nosilnostjo potrebno za: [1a] zahtevano medicinsko tehnično opremo in material RV (z 225 kg); [1b] prevoz testih (5) oseb (450 kg) — poleg voznika in pacienta (na bolniških nosilih), dodatnih treh (3) oseb na fiksnih sediščih [2] minimalno zahtevana nosilnost RV tako znaša 600 kg.
2.8	Skupna masa
	[1] Skupno maso RV predstavlja masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo, skupaj z minimalno zahtevano nosilnostjo/transportno zmogljivostjo RV; [2] skupna masa RV ne presega največje tehnično dovoljene mase RV; [3] v sklopu primopredaje RV dobavitelj zagotovi preverjanje dejanske mase RV na merilni napravi, ki ustreza zahtevam za ugotavljanje mase vozila v postopku homologacije vozila (merilni razdelek — ločljivost s katero je določen rezultat merjenja je 5, 10 kg) in omogoča tiskan izpis opravljenih meritev; [3a] meritev se opravi pri pooblaščen organizaciji za ugotavljanje skladnosti vozil v kraju naročnika ali ponudnika; [3b] postopek: od izmerjene vrednosti mase RV v stanju pripravljenem za vožnjo z 100 % napolnjeno posodo za gorivo in posodo za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR se odšteje masa goriva/raztopine 10 % deleža volumna posode; [3c] pri tem se uporabi podatke o volumnu posod, podane s strani proizvajalca osnovnega vozila in splošno veljavne podatke o relativni gostoti goriva/raztopine; [3d] največje dopustno odstopanje rezultata je $\leq 3/4$ merilnega razdelka.
2.9	Največja tehnično dovoljena masa RV
	[1] 3.400 kg.
2.10	Podvozje
	[1] Za nosilnost po predelavi prilagojene/-i sprednje in zadnje: [1a] obese; [1b] vzmeti; [1c] blažilniki; [1d] stabilizatorji.
2.11	Vzmetenje

	1] Prilagojeno vzmetenje za RV — izvedba zagotavlja kompromis med udobjem, zahtevanim za RV in varnim ohranjanjem nadzora nad RV; [2] dvokrožni sistem aktivnega zračnega vzmetenja (kot npr. VB-Airsuspension ali enakovredno), ki ustreza sledečim zahtevam: [2a] elektronski nadzor delovanja; [2b] možnost polnjenja sistema v sili; [2c] možnost spuščanja in dvigovanja zadnjega dela RV s samodejno poravnavo na vozno višino; [2d] upravljanje in nadzor (v nadaljevanju UN): iz VP
2.12	Zavorni sistem
	[1] Hidravlični dvokrožni zavorni sistem; [2] ojačane kolutne zavore z notranjim prezračevanjem.
2.13	Kolesa
	1] Enojna zadnja kolesa; [2] za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig, velikosti členov z 16 mm, tudi ob največji obremenitvi in maksimalnemu vzmetenju RV.
2.14	Pogon
	[1] Pogon na vsa štiri kolesa — izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu.
2.15	Menjalnik
	[1] Samodejni, najmanj šest (6) stopenjski, z možnostjo ročnega upravljanja.
2.16	Podporno varnostni sistemi
	[1] Sistem proti blokiranju koles; [2] elektronska porazdelitev zavorne sile; [3] sistem za uravnavo pogonskega zdrsa; [4] elektronski stabilizacijski sistem; [5] asistenca za speljevanje na klancu, [5] Mehanska blokada zadnjega diferenciala.
2.17	Pogonski agregat
	[1] Motor: bencinski izvedbe Euro 6 — s katalizatorjem izpušnih plinov; [2] moč: min.145 KW; [3] prostornina: 1.950 cm ³ do 2.000 cm ³ . 1] Pogonski agregat deluje tudi po tem, ko je ključ za zagon motorja izvlečen — tudi ob zaklenjenih vratih RV; [2] sistem ima vdlane varnostne mehanizme za preprečevanje nepooblaščen uporabe RV;
2.18	Ogrevanje hladilne tekočine mirujočega motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja
	[1] Elektrini grelec hladilnega medija; [2] UN: samodejno delovanje ob priključitvi na zunanje, 230 V elektrino omrežje; [3] vzpostavljen varnostni sistem za nadzor zagona motorja.
2.19	Alternator
	[1] Ojačan 14 V, ≥ 180 A generator električne energije;
2.20	Blokada diferenciala

	Vozilo je opremljeno z električno tipko, ki blokira delovanje najmanj zadnjega diferenciala za vožnjo po terensko zahtevnejši podlagi.
2.21	Osnovni akumulator
	[1] Ojačan zagonski akumulator kapacitete z 95 Ah; [2] za zagon motorja v sili je akumulator preko preklopnega releja povezan z dodatnim akumulatorjem BD; [3] UN: zagon motorja v sili se aktivira preko stikala v/na armaturni plošči ali osrednji konzoli VP.
2.22	Vzratna ogledala
	[1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [1a] dodatna zahteva za RV modularne izvedbe: podaljšana izvedba nosilca in navpična postavitve (poravnava) ogledala; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala.
2.23	Zaščita podvozja
	[1] Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni.
2.24	Naprava za vleko RV
	[1] Na sprednjem in zadnjem delu RV; [2] lokaciji naprav sta dobro vidni — dodatno označeni.
2.25	Rezervno kolo
	[1] RV je opremljeno: [1a] z rezervnim kolesom ali [1b] s kompletom za hitro popravilo pnevmatik v sili — v tem primeru je rezervno kolo priloženo RV.
2.26	Prostor za shranjevanje opreme RV
	[1] Prostor (v višini nivoja tal) za shranjevanje opreme RV je samostojen namenski prostor ali pa je to porazdeljen na bea enot, na različnih lokacijah (VD, BD) tako, da je zagotovljeno funkcionalno shranjevanje vse, RV obvezno priložene opreme: [1a] osnovnega orodja; [1b] dvigalke in preostalih pripomočkov za zamenjavo koles;
2.27	Druga originalna (serijska ali dodatna) oprema osnovnega vozila
[1]	Voznikov in sovoznikov sedež — športna z nepoudarjenimi stranskimi loki kot npr. RECARO EXPERT.
[2]	zračne vreče za voznika in sovoznika: [2a] sprednje;
[3]	servo volan — hidravlični, nastavljiv;
[4]	več funkcijski prikazovalnik — potovalni računalnik;
[5]	LED- žarometi s pranjem in avtomatsko regulacijo nastavitve višine svetlobnega snopa;
[6]	integrirane luči za meglo spredaj in zadaj;
[7]	LED luči za dnevno vožnjo — avtomatski vklop;
[8]	Zapiralna asistenca za stranska drsna in zadnja dvižna vrata;

[9]	električni pomik stekel VP — upravljanje pomika stekla desnih vrat je mogoče tudi z voznikovega sedeža;
[10]	atermično vetrobransko steklo;
[11]	šobe za pranje vetrobranskega stekla;
[12]	dovod svežega zraka s filtrom;
[13]	sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja VP s najmanj pol-samodejnim uravnavanjem temperature prostora;
[14]	gasilni aparat na prah, dva (2) kg;
[15]	predal za odlaganje: 1-DIN, na sredini pod stropom VP;
[16]	daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat;
[17]	avtoradio (CD/USB); [18a] v BP sta vgrajena dva (2) dodatna zvočnika — od VP ločeno upravljanje in neodvisno uravnavanje jakosti v BP;
[18]	naprava z bluetooth vmesnikom (samostojna ali v sklopu druge naprave) za prostoročno telefoniranje;
[19]	Zavesice na vseh štirih kolesih

DODATNA OPREMA VOZNIŠKEGA PROSTORA — SPLOSNO	
2.28	Vozniški prostor — splošno
	[1] Je zasnovan tako, da: [1a] omogoča varno in učinkovito izvajanje vožnje ter vseh potrebnih upravljalno nadzornih dejavnosti; [1b] omogoča vgradnjo potrebne dodatne opreme in [1c] shranjevanje zaščitne opreme; [2] razporeditev dodatno nameščene opreme in drugih komponent je takšna, da: [2a] ni motena funkcija zračnih blazin ali drugih varnostnih mehanizmov; [2b] v primeru čelnega trčenja pa ni možnosti, da bi se jih voznik ali sopotnik v VP lahko dotaknila; [3] dokončno razporeditev opreme ponudnik dogovori z naročnikom glede na ponudbi obvezno priložene tehnične risbe (tloris, predelna stena) razporeditve, v VP dodatno nameščene opreme.
2.29	Osrednja konzola VP
	[1] Zajame ves razpoložljivi prostor med sedežema ter armaturno ploščo in predelno steno; [2] primarno je namenjena vgradnji/namestitvi upravljalnih, nadzornih, informacijskih, komunikacijskih in drugih komponent dodatno vgrajenih sistemov in naprav; [3] ponudbi je predložena idejna skica, s katere je razvidna razporeditev vključenih elementov.
2.30	Dodatna električna oprema VP
2.31	230 V vtičnice
	[1] Ena (1) 230 V vtičnica; [2] LN: predelna stena — med levi in desni sedež
2.32	12 V vtičnice

	[1] LN: [1a] dve (2) vtičnici z gumijastim ali plastičnim pokrovčkom (1 x 0 21 in 1 x 0 12 mm) v sredinskem delu armaturne plošče in [1b] dve (2) vtičnici enakovredni predhodnim, v osrednji konzoli VP.
2.33	Bralni lučki
	[1] LN: Na voznikovi in sovoznikovi strani — na stebriček ali v strop.
2.34	Pred instalacije za vgradnjo komunikacijskih sistemov
	[1] Mobilnega telefona; [2] radijske postaje DMR sistema radijskih zvez RP ZD AJDOVŠČINA (vključno z vgradnjo postaje, ki jo priskrbi naročnik); [3] LN: po dogovoru z naročnikom.
2.35	Prenosna akumulatorska LED svetilka s polnilcem, kot npr. LED Lenser M7RX
	[1] 1 x LED svetilka s kovinskim vodotesnim ohišjem + zaponka ali druga izvedba za nošnjo za pasom; [1a] namestitvev v namenskih nosilcih za montažo v vozilu — omogočena hitra in enostavna uporaba — omogočeno polnjenje;
2.36	Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne
	[1] z 2 x za vsako stran; [2] LN: stranska stena ob levih in desnih vratih.
2.37	Sanitarno higijenski elementi
	[1] Vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostavno uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij enot in LN.
2.38	Predal/nosilec za najmanj tri (3) standardne enote zaščitnih rokavic s stranskim odvzemom
	[1] Omogočen enostaven odvzem; [2] LN: v sredinskem delu BP.
2.39	Nosilec za razkužilo
	[1] 1 x; [2] LN: BP dogovor z naročnikom.
2.40	Podajalnik papirnatih brisač ali nosilec za papirnate robčke
	[1] Omogoča shranjevanje najmanj 100 enot brisač/robčkov; [2] LN: v sredinskem delu BP.
2.41	Koš/prostor s pokrovom za komunalne odpadke
	[1] Kos/prostor ima odstranljiv, najmanj dvo (2) litrski notranji del; [2] LN: v sredinskem delu BP.
ELEMENTI V PODPORO VARNOSTI	
2.42	Navigacijska naprava

	[1] Barvni, na dotik občutljiv zaslon z diagonalo z min. 190 mm; [2] enostavno upravljanje; [3] optični navigacijski napotki prikazani na zaslonu; [4] meni in glasovna navodila za navigacijo v slovenskem jeziku; [5] zajem prometnih informacij; [6] podrobna kartografija Slovenije samodejnim posodabljanjem, natančnost vsaj kot npr. Google maps.
2.43	Asistenca za pomoč pri vzvratni vožnji in parkiranju
	[1] Senzorski sistem na sprednjem (UN : samodejni ali ročni vklop) in zadnjem (UN : samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje) delu RV — vključuje opozorilne zvočne signale in optične napotke za nakazovanje oddaljenosti od ovir; [2] video nadzorni sistem zadnjega dela RV — vključuje: [2a] kamero (LN : na zadnjem delu RV); [2b] večnamenski zaslon (za pogled za RV,); [2c] vozniku je preko monitorja omogočeno spremljati sliko območja za RV, [2d] dodatno so izrisane digitalne linije, ki nakazujejo optimalno pot RV; [3] dodatno se ob izboru vzvratne vožnje vklopijo: [3a] zvočni opozorilni signal (piskač) na zadku RV in [3b] vse štiri varnostne utripalke; [4] LN zaslona: v VP, v liniji vzvratno ogledalo — sredinski del armaturne plošče — sprednji del osrednje konzole; [4a] potreben dokončni dogovor z naročnikom.
2.44	Barvna kamera za vzvratno vožnjo
	[1] širina vidnega polja: omogočen prikaz slike najmanj od obeh zadnjih stranskih vogalov BD navzven in nazaj, v višini od cestišča do spodnjega roba zastekljenega dela vrat; [2] minimalna naravna osvetlitev: 1 Lux ali manj; [3] za zunanjo vgradnjo v/na RV; [4] zaščita pred mehanskimi poškodbami; [5] kakovost kot npr. kamere DBC, proizvajalca Axion ali enakovredno; [6] UN : samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje in ročni vklop na monitorju (omogočeno spremljanje slike med vožnjo).
2.45	Barvni monitor za sprejem slike
	[1] Diagonala zaslona z 155 mm (format 16:9 ali 4:3); [2] omogoča samodejni vklop/preklop ob izbiri vzvratne vožnje, ročni vklop/izklop in izbor zelene kamere; [3] priključki skladni z zahtevami priključnih enot.
2.46	Barvna kamera
	[1] Minimalna naravna osvetlitev: 1 Lux ali manj; [2] priključki skladni z večnamenskim zaslonom za sprejem slike.
VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE, ELEKTRIČNO OMREŽJE IN ELEKTRIČNI POTROŠNIKI	
2.47	Viri električne energije, električno omrežje in električni potrošniki — splošne zahteve
a)	[1] Vzpostavljeno je dodatno, v celoti od električnega omrežja osnovnega vozila ločeno elektrino omrežje za delovanje, krmiljenje, upravljanje in nadzor s predelavo/dodelavo nameščenih sistemov, opreme in drugih naprav; [2] 230 V AC električno omrežje je dodatno ločeno od 12 V DC električnega omrežja; [3] povezave med virom električne energije in potrošniki potekajo preko osrednje razdelilne enote; [4] električna napeljava je nameščena v razvodnih ceveh, skritih za oblogami.

b)	[1] Prenosna električna oprema je priključena na nazivno električno omrežje izključno preko namenskih vtičnic — izvedba priklopa/vtičnic se opredeli v dogovoru z naročnikom; [2] vtičnice za priklop inkubatorja so opremljene s svetilko za signaliziranje izpada vira električne energije ali druge okvare in imajo lastno prenapetostno zaščito; [3] 230 V vtičnice so opremljene s pokrovom.
c)	[1] Vzpostavljen je sistem za krmiljenje in nadzor delovanja dodatnega 12 V električnega omrežja (CAN-Bus — Controlled Area Network ali enakovredno);
d)	Upravljanju, nadzoru in pridobivanju informacij glede virov električne energije dodatno vzpostavljenega električnega omrežja in nanj priključenih potrošnikov namenjene funkcije so, če ni določeno drugače: [1]V VP zajete v okviru: [1a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa VP (v nadaljevanju OUNE-VP) ali [1b] v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-VP); [1d] primarni lokaciji za namestitvev opredeljenih elementov sta dodatek na sredinski del armaturne plošče VP; V BP zajete v okviru: [2a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa BP (v nadaljevanju OUNE-BP), vzpostavljenega na funkcionalni lokaciji v BP in [2b] v neposredni bližini bočnih in zadnjih vrat vgrajenih upravljalno nadzornih elementov (bočni, v nadaljevanju UNEB-BP in zadnji, v nadaljevanju UNEZ-BP) — UNEZ-BP je dopustno vgraditi tudi v primarno vratno krilo; [2c] v posebej opredeljenih primerih je dopustno upravljalno nadzorne funkcije urediti tudi v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-BP), nameščenega na drugi lokaciji ali [2d] drugega samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-BP) — stikala, nameščenih na drugi lokaciji.
e)	[1] OUNE-VP/BP, UNES-VP/BP in UNE-VP/BP predstavlja tisti del neke naprave, ki omogoča uporabniku, da povzroči spremembo stanja ali delovanja naprave ali sistema ali RV kot celote; [2] vsi elementi za upravljanje: [2a] omogočajo nedvoumno prepoznavnost naprave, kateri so namenjeni; [2b] so osvetljeni; [2c] signalizirajo vključenost naprave; [3] UNES-VP/BP omogoča upravljanje samostojnega sistema, OUNE-VP/BP pa večjega števila samostojnih naprav in sistemov preko enega ali največ dveh medsebojno funkcionalno in fizično tesno povezanih elementov upravljanja; [4] UNES-VP/BP in OUNE VP/BP v posebej opredeljenih primerih omogoča tudi nadzor nad stanjem in delovanjem sistema/ved sistemov v okviru samega UNES-VP/BP ali OUNE-VP/BP ali drugega nadzorno informacijskega elementa; [5] OUNE-BP, UNEB-BP in UNEZ-BP imajo folijsko ali drugo izvedbo stikalne ploske, ki omogoča učinkovito očiščenje in je odporna na običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila — odpornost na vplive običajnih postopkov čiščenja in razkuževanja se zahteva tudi za druge elemente električnega sistema.
f)	Dokumentacija — oskrba RV z električno energijo, električno omrežje in nanj priključeni potrošniki ter drugi elementi dodatnega električnega sistema so celovito in jedrnato dokumentirani in na razpologo naročniku v elektronski obliki.
2.48	Dodatni akumulator BD
	[1] Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto 100 Ah ali bea, de to zahtevajo karakteristike pretvornika električne napetosti.
2.49	Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju

	<p>[1] Samodejno uravnavan polnilnik; [1a] z dvema (2) polnilnima zankama; [1b] preko vtičnice povezan na zunanji 230 V vir napajanja; [3] LN: na dobro prezračevani in dostopni lokaciji; [4] zahteve za polnilnik: [4a] visoka zanesljivost, visoka zmogljivost in namenjeno st kontinuirani uporabi; [4b] zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov; [4c] polnjenje po IU-karakteristikah; [4d] mikroprocesorsko krmiljenje; [4e] funkcija temperaturne kompenzacije; [4f] kakovost kot npr. polnilniki Waeco Perfect Charge ali enakovredno;</p>
2.50	Nadzor funkcionalnosti električnega sistema RV
	<p>[1] Funkcionalnost dodatno vzpostavljenega 12 V električnega sistema BD je nazorno in trajno prikazana z akustičnim alarmom, ki se vklopi v primeru padca napetosti dodatno vzpostavljenega električnega omrežja.</p>
2.51	Stikalo za odklop akumulatorja v sili
	<p>[1] Mehanski odklopnik za akumulator BD, kot je npr. stikalo proizvajalca Hella s kodo 6EK002843-071 ali enakovredno;</p>
2.52	Vtičnica za priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja
	<p>[1] vtična enota s samodejnim izmetom, enakovredna vsaj npr. RETTBOX, proizvajalca MARECHAL ELECTRIC; [2] LN: na levi strani RV, bližje zadnjemu delu voznih vrat, v višini --=.. 1.000 mm; [3] aktivno napajanje (spojitev tokokroga) je iz zunanje strani signalizirano z dobro vidno zeleno LED svetilko; [4] vzpostavljen je varnostni sistem za nadzor (blokada) zagona motorja.</p>
2.53	Centralna razdelilna enota dodatnega 12 V in 230 V električnega omrežja
	<p>[1] Na lahko dostopnih lokacijah se nahajati osrednji razdelilni enoti 12 V in 230 V električnega omrežja; [2] posamezna enota, na skupnem mestu zajame vse dodatno vgrajene potrošnike in zagotavlja prostor za namestitve elementov potrebnih za povezavo, upravljanje, krmiljenje in drugih funkcij celotnega, dodatno vzpostavljenega, napetostno-specifičnega električnega omrežja; [3] električni vodniki in drugi elementi električne opreme so nazorno in trajno označeni ter prikazani v navodilih za uporabo — navodila obvezno vsebujejo tudi postopke za odpravo napak!</p>

OPOZORILNA SIGNALIZACIJA, SIGNALIZACIJA ZA POVECANJE VARNOSTI, OZNAKE IN NAPISI

2.54	Opozorilna signalizacija — splošne zahteve

2.55	Svetlobna opozorilna signalizacija
-------------	---

	[1] Izpolnjuje zahteve ECE R 65, Class 1 ali Class 2; [2] nameščena je dim bližje navitji točki RV, simetrično glede na njegovo vzdolžno os spredaj in zadaj tako, da je dobro vidna z vseh strani RV (360°); [3] posamezni elementi se nahajajo tudi na drugih opredeljenih lokacijah; [4] delovanje celotne svetlobne signalizacije mora biti sinhronizirano, uporabniku mora biti omogočeno spreminjanje načina utripanja glavne signalizacije najmanj v naslednjih vzorcih; enotni dvojni blisk, kaskadno, izmenično L&Din
2.56	Osnovne modre opozorilne luči spredaj
	[1] Integrirane v streho [2] za posamezno stran (levo in desno) vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri naprej in vstran; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko (dodatnimi ipsilon optičnimi elementi za povedanje kota svetlobnega snopa); [2b] kakovost - svetilnost: najmanj enakovredna svetlobnim modulom: LED Integral, proizvajalca Häscher ali IWS, proizvajalca FSV.
2.57	Osnovne modre opozorilne luči zadaj
	[1] Integrirane v streho ali strehi dodano (tesno ob streho prilegajočo ter po značilnostih strehe aerodinamično oblikovano) konzolo; [1a] LN: na zadnjem delu RV, na najvišji, skrajno zunanji levi in desni strani; [2] luč za posamezno stran vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri nazaj in vstran; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko;
2.58	Dodatne - visoko intenzivne modre luči
	[1] Modre luči: [1a] najmanj ena luč z minimalno 8 visiko svetilnimi členi integrirana v sredino povišane strehe; [1b] najmanj ena (1) bočna luč na levi in desni strani, v ali pod strešno linijo prednjega dela BD; [2b] najmanj ena (1) blisk luč, integrirana v prednjo masko RV, skrajno levo in desno, v višini pasu; [3] vse luči vključujejo najmanj štiri (4) svetlobna telesa; [4] luči pod »la« in »1b« oddajajo visoko intenziven, usmerjen - dolgi snop svetlobe; [4a] kakovost - svetilnost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED Powerblitz, proizvajalca Häscher ali Microled Plus, proizvajalca FSV; [4b] v primeru uporabe luči razreda nano, mora luč vsebovati najmanj šest (6) svetlobnih teles - enakovredno svetilnost je dopustno zagotoviti tudi z dodajanjem svetlobnih teles ali luči; [5] zahteva »4b« velja tudi za luči pod »2b«;
2.59	Dopolnilne modre opozorilne luči
	[1] Sklop luči sestavlja: [1a] ena (1) luč integrirana v prednjo masko, skrajno levo in desno, v višini pasu kot npr. luč proizvajalca Standby AB, model L52 ali model L93 ali enakovredno; [1c] ena (1) bočna luč integrirana v levi in desni blatnik ali odbijač, v višini pasu; [3] vse luči so razreda mikro, z najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi ali razreda nano, z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi; [4] UN: sočasen izklop celotnega sklopa luči.
2.60	Zvočna opozorilna signalizacija
	[1] Proizvaja zvok na ravni z 120 dB (A); [2] vsebuje najmanj 9 skupin zvočnih signalov, en (1) program za vožnjo v naselju; [2a] kakovost kot npr. HÄNSCH 620 —ali enakovredno [3] BP in VP sta zvočno izolirana (raven hrupa v notranjosti RV ne sme presegati dovoljenih vrednosti standarda SIST EN 1789; [4] UN:[4a] dodatno spreminjanje tona sirene preko volanskega gumba troblje.
2.61	Elektronska zvočnika

	[1] Dva (2) enakovredna elektronska zvočnika skupne jakosti min. 200 W; [2] LN: integrirana izvedba zvočnika (magneta in troblje) v sprednji maski v namenskem nosilcu, ki vključuje tudi LED utripalko – 2.59 [1a] ; [2a] dim bližje višini pasu; [2b] v čim večjem medsebojnem razmiku; [2c] zvočnik in troblja sta med seboj neposredno fizično povezana (brez vmesnih cevi); [2d] zagotovljen neposreden izstop zvoka iz troblje v okolje; [2e] kakovost kot npr. Hänsch DKL 604 ali enakovredno.
--	---

2.62	Svetlobne naprave za povedanje varnosti
2.63	Delovne luči
	[1] Ena (1) ali dve (2) beli delovni luči (svetlobni tok ene ali obeh skupaj z 1000 lm) na: [1a] levi in desni strani RV, vzdolžno bližje srednjemu delu BD (ob uporabi ene luči) ali na sprednjem in zadnjem delu BD (ob uporabi dveh luči), po višini bližje strehi — zagotovljena trdna vgradnja; [1 b] zadnjem zgornjem delu RV; [2] luč pod zahtevo »1 b« je mogoče uporabljati kot samostojno delovno luč in luč za vzvratno vožnjo; [3] UN: preko OUNE-VP ali UNES-VP ter UNEB-BP in UNEZ-BP.
2.64	Dodatne luči
	[1] pozicijske luči; zavorne luči; luč za smerno utripalko; [1a] LN: na zadnjem delu RV, integrirane v ali ploščato nameščene ob streho ali bližje zgornjemu delu leve in desne ali zadnje stene ali integrirane v enotno, strehi dodano konzolo; [1b] UN: kot serijske luč; [2] označevalna luč — rumene (dodatna zahteva za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe); [2a] LN: integrirane v levo in desno stranico, najmanj na sprednjem in zadnjem delu BD; [2b] UN: kot pozicijske luč; [3] označevalna luč — bela in rdeča, kot npr. luč pod katalogsko št. 2XS 955 031-001 proizvajalca Hella ali enakovredno; [3a] LN: na zadnjih vogalih BD, dim bližje RV, v višini odbijača ali nad njim (v vzvratno ogledalo dobro vidni); [3b] UN: kot pozicijske luč.
2.65	Oznake in napisi
2.66	Označevalne oznake in napisi
	[1] So iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije — kakovost ustreza najmanj retroreflektivni foliji 3MTM Scotchlite" Reflective Sheeting Series 580 s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [2] vsi napisi so zapisani z velikimi orkami pisave »Arial Black«; [3] napisi iz p-to »b«, »d« in »g« so v primeru omejenega prostora lahko tudi v pisavi »Impact«; [4] barva napisov je srebrna, modra ali rdeča (natančne barvne odtenke, opredeljene po lestvici RAL, se dogovori z naročnikom); [5] do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve — v primeru večje omejitve je potreben dogovor z naročnikom.
a)	Zrcalni napis »URGENCA« in »112« na prednjem delu RV— na pokrovu motorja (višina črk ---. 145 mm).
b)	Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na stranskih površinah BD (višina črk --r. 130 mm).
c)	Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na zadnjem delu RV (višina črk cca. 100 mm).

d)	Znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora — okna), na sprednjem in zadnjem delu RV ter na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.
e)	Predpisan znak sistema NMP Slovenije (cca. 750 mm) in napis »ZD AJDOVŠČINA«.
f)	Na obeh stranskih površinah BD in zadnjih vratih se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost številke večja ali enaka v p-to. »c« opredeljeni zahtevi); potreben dogovor z naročnikom glede izbora barve.
g)	Označba ZD AJDOVŠČINA z logotipom na voznikovih in sovoznikovih vratih.
2.67 Opozorilne oznake	
	[1] Oznake iz p-to. »a«, »e«, »f« in »g« so iz kakovostne, visoko odsevne (fluorescentne + retroreflektivne) samolepilne folije — kakovost ustreza 3MTM Diamond Grade™ DG ³ Reflective Sheeting Series 4000-33 (83/92) s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [2] oznake iz p-to. »b« in »d« so iz kakovostne, visoko odsevne (retroreflektivne) samolepilne folije — kakovost ustreza 3MTM Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 (72) s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [3] po RAL lestvici neopredeljene barvne odtenke se dogovori z naročnikom; [4] barvni odtenki posameznega pasu so zajeti v enotni nalepki; [4a] delitev nalepke je dopustna v primeru, ko je potrebno premagati specifične konstrukcijske in oblikovne ovire na namestitvenih površinah; [5] do 15 % odstopanje navzdol od opredeljenih veličin je dopustno v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev — v primeru večjih omejitev je potreben dogovor z naročnikom; [6] poseben dogovor z naročnikom je potreben tudi v primeru, ko zaradi specifičnih karoserijskih značilnosti RV, spodaj zahtevane namestitvene površine niso ali niso v celoti razpoložljive.
2.68 Dizajn	
	1] Podane opredelitve predstavljajo osnovne elemente oznak in napisov, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju celostnega dizajna — potreben dokončni dogovor z naročnikom. [2] v primeru regulativnih sprememb glede zahtev po označevanju RV v službi nujne medicinske pomoči v R. Sloveniji, ki bi nastopile do 10 dni pred načrtovano ali pogodbeno zavezujočo izroditvijo blaga kupcu, se celoten sklop zahtev glede oznak in napisov ustrezno prilagodi novim zahtevam. Oblepitev mora biti primerljiva trenutnemu NRV v lasti naročnika, obvezna priloga ponudbe je skica oblepitve.
3 ZAHTEVE ZA BOLNIŠKI DEL	
	I
SPLOŠNE ZAHTEVE	
3.1 Konstrukcijska zasnova	

	<p>[1] BD je v celoti izdelan: [1a] najmanj v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B in [1 b] dodatno opredeljenimi zahtevami naročnika; [2] osnovno konstrukcijo BD predstavlja: [2a] potniki/tovorni prostor vozila kombi/furgon izvedbe [2] tla, strop in stene BP zagotavljajo trdno pritrdjevanje vgrajenega interierja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v izza stenski/izza stropni prostor; [5] spoji in odprtine med BP in zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP; [6] izvedena je toplotno zvočna izolacija, potrebna za zagotovitev zahtevanih klimatskih pogojev v BP in zahtevane ravni hrupa v RV.</p>
3.2	Streha
a)	[1] Streha RV je aerodinamične izvedbe; [3] v streho je dopuščena tudi vgradnja sistema za izmenjavo zraka; [4] nobena vgradnja ne sme zmanjšati aerodinamičnosti strehe, ustvarjati dodatnih zračnih vrtnicev ali povečati hrupa.
b)	[1] Streha ali predeli sten omogočajo namestitvev anten (z vzmetno nogo) komunikacijsko podatkovnih sistemov; [1 a] LN : se dokončno dogovori z naročnikom; [2] antene so z vsemi potrebnimi kablji povezane do mesta vgradnje naprave, kateri so namenjene; [2a] po dolžini imajo kablji najmanj dodatnih dva in pol (2,5) metra rezerve; [3] kablji se nahajajo v cevni zaščiti, ki zagotavlja naknadno prevlačenje kablov; [4] zagotovljene so revizijske odprtine do mest namestitve anten; [5] antene: [5a] DMR sistema radijskih zvez RP ZD AJDOVŠČINA meritev faktorja refleksije na vgrajeni mobilni anteni mora pokazati < 1,5 na frekvenci 170 MHz; [5b] UHF antena sistema radijskih zvez ZARE — meritev faktorja refleksije na vgrajeni mobilni anteni mora pokazati < 1,5 na frekvenci 460 MHz.
3.3	Zasteklitev
	[1] Obvezna zasteklitev najmanj vseh vrat BP in okna v področju sedeža desne stene (termoizolacijska zasteklitev); [2] vse zastekljene površine so: [2a] z notranje strani prevlečene s črno atermično folijo s --r. 75 % svetlobno prepustnostjo; [2b] z notranje strani do 2/3 višine oken prevlečene z za pogled nepropustno mat folijo.
3.4	Opremljenost BP — splošno
a)	[1] BP je v celoti izdelan iz kakovostnih, lahkih, nerjavečih, visoko vzdržljivih materialov, ki: [1a] so vodno neobčutljivi, [1b] odporni na dezinfekcijska sredstva, kemikalije in korozijo; [1c] so neobčutljivi/odporni na praske, udarce in druge poškodbe; [1d] so absorptivni za nihanje in vibracije ter [1e] so težko vnetljivi, težko gorljivi; [1f] omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje.

b)	<p>[1] Obloge sten in stropa: [1a] so enodelne ali največ dvodelne izvedbe - spoji med oblogami so izdelani v obliki prekritih prehodov; [1b] osrednji deli oblog so brez vidnih pritrditev ali pa je število teh kar se da omejeno; [1 c] imajo lahko vdolžne predele, namenjene vgradnji namenskih modulov za namestitvev medicinsko tehničnih naprav, opreme in drugega medicinskega materiala; [1d] so izdelane iz umetnega vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra ali aluminija ali drugega umetnega kompozita; [2] omare, vratca omar, predali, odlagalne površine in drugi elementi pohištvenega interierja so: [2a] kompaktne izvedbe; [2b] lahko izdelani tudi iz drugega, trdnega kompozitnega materiala, ki se ne ukrivlja; [3] najmanj do višine omare, nameščene ob drsnih vratih (na predelni steni) izpostavljeni robovi in drugi izpostavljeni deli pohištvenega interierja BP, so zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [4] bližje podu nameščena vratca in druge delne površine pohištvenega interierja BP, ki niso izdelane iz vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra, so do višine 200 mm ali več iznad tal, zaščitene s pločevino V2A ali enakovredno.</p>
c)	<p>[1] Zaprti prostori pohištvenega interierja so opremljeni z vratci, ki zagotavljajo največjo funkcionalnost in izrabo prostora glede na namen; [2] prostori za shranjevanje medicinskega materiala ter manjših enot opreme in pripomočkov, so dodatno opremljeni s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje po širini in dolžini na razdalji cca. 50 mm.</p>
d)	<p>[1] Vratca, izvlekljivi predali in drugi elementi pohištvenega interierja so opremljeni s kakovostnim okovjem, ki omogoča: [1a] enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje; [1b] učinkovito zadrževanje vratc/predalov v zaprtem in odprtem položaju; [2] okovje, spone, vodila, ključavnice in drugi vgrajeni elementi so namenjeni profesionalni rabi in so trdno vgrajeni;</p>
e)	<p>[1] Notranjost BP je brez nevarnih grobih površin, ostrih robov in štrlečih delov, ki bi lahko povedali tveganje za nastanek poškodb potnikov; [2] zahteva se še posebej nanaša na elemente predelne stene in druge površine za katere obstaja možnost, da se jih potnik v BP, pri delnem trčenju dotakne; [2a] izraziteje izpostavljeni robovi pohištvenega interierja (npr. samostojnih podstropnih omaric), so še posebej obsežno zaobljeni.</p>
f)	<p>[1] Medicinsko tehnične naprave (EKG monitor/defibrilator, ventilator, aspirator) so nameščene na originalnih ali drugih atestiranih nosilcih, preostala oprema in pripomočki so varno pritrjeni ali na drug način zavarovani pred premikom; [2] LN: na/v prostorsko funkcionalno izbranih, namensko prirejenih lokacijah BP/BD; [3] razporeditev in namestitvev opreme je izvedena tako, da: [3a] ne ovira vstopanja/izstopanja v/iz BP; [3b] ne ovira njene uporabe in uporabe druge opreme; [3c] ne moti dela tima RV; [3d] je v primeru naglega zaviranja ali delnega trčenja RV v največji meri zmanjšana verjetnost poškodb zaradi naleta potnikov na naprave, opremo in pripomočke; [4] LN: posameznih enot naprav, opreme in pripomočkov se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom.</p>
g)	<p>[1] BP ima vodoodporen pod; [2] pod je z notranje strani BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim: [2a] brizganim nanosom, debelim cca. 3 mm s proti zdrsnim točkovnim nanosom (na vogalih izdelan brez spojev — v enem delu kot kad)</p>
3.5	Vrata BD

a)	[1] Po zunanjih vertikalnih površinah BD so najmanj: [1a] vrata BP: drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata) in dvižna za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata); [2] vsa vrata BP se odpirajo z zunanje in notranje strani; [2a] za zadnja dvižna vrata je zagotovljeno najmanj odpiranje v sili iz BP; [3] drsna vrata so opremljena z oknom, ki omogoča odpiranje; [4] notranja stran vrat je obložena z oblogo, v isti izvedbi kot notranje obloge BP.
b)	[1] Omogočeno je: [1a] zaklepanje/odklepanje najmanj enih vrat VP in enih vrat BP s ključem z zunanje strani; [1b] ročno/mehansko zaklepanje/odklepanje vrat BP iz BP; [1c] sočasno daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD; [1d] sočasno centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD s ključem preko ključavnice najmanj enih vrat VD.
c)	[1] Vsa vrata BD so opremljena z nadzornim sistemom za kontrolo zaprtosti vrat in zapiralno asistenco.
3.6	Vrata za vstopanje in izstopanje (drsna, stranska ali bočna vrata) (dimenzije vrat in prehoda)
	[1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1 a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.600 mm; [1 b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša z 550 mm; [2] vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitvev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP;
3.6	Fiksna bočna stopnica
	zahteve: [1a] iz kakovostnega materiala; [1b] pohodno nedrseča; [1c] zaščitena pred poškodbami; [1e] poteka po celotni dolžini medosja, pod drsnimi vrati se razširi do širine 25 cm; [1f] trdno vpeta na karoserijo v minimalno 7 točkah. Na levi strani vozila je nameščena samo zaščitna cev, brez razširitve.
3.7	Vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja krilna vrata)
	[1] Svetli del vrat znaša: [1 a] za dvižna vrata: ≥ 1.500 mm v višino in z 1.275 mm v širino. Vrata so obvezno kovinska
a)	Zahteve za dvižna vrata: [1] v oblogo na notranji strani vrat sta integrirani dve (2) beli LED luči za osvetljevanje; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja dveh (2) svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in bočno; [2b] LN: bližje leve in desne spodnje strani vrat; [2c] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat— izklop posameznih luči preko UNEZ-BP ali UNE ob strani vrat ali v oblogi vrat; za rumene utripajoče luči je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
3.8	Povezovalno okno med VP in BP
	[1] Drsno okno; [2] brezstopenjsko odpiranje iz VP in BP; [3] zadrževanje drsne ploskve v izbranem položaju; [4] drsna ploskev je lahko pomična in prevlečena s folijo, ki onemogoča prehod svetlobe v VP.
OKOLJSKI SISTEMI	

3.9	Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja BP — splošno
a)	[1] Prezračevanje, ogrevanje in ohlajanje BP je urejeno preko povsem samostojnih sistemov ali sistemov, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih sistemov osnovnega vozila z medsebojno neodvisnim delovanjem, upravljanjem, nadzorom in krmiljenjem za BP.
b)	[1] Vsak posamezen sistem je zmogljiv, zanesljiv in zasnovan na način, ki zahteva minimalno potrebo po kroženju zraka; [2] posamezni elementi sistemov so nameščeni, glede na konstrukcijsko zasnovo RV ter funkcionalnost sistema najbolj primernem mestu tako, da: [2a] ne izstopajo v funkcionalni del BP in ne zasedajo dodatnega prostora v njem; [2b] so zakriti in za delo nemoteči; [3] hrup, ki ga ustvarjajo ventilatorji na prvi stopnji delovanja ne presega zahtev »silent« izvedbe.
c)	[1] Odprtine za dovajanje zraka v BP so nameščene in zavarovane tako, da jih ni mogoče blokirati z opremo ali na katerikoli drug način, ki bi lahko oviral delovanje sistema; [2] dovajanje zraka v BP je izvedeno na način, da tega občutno ni zaznati — zagotovljenih je zadostno število izpustnih "sob in usmerjanje pretoka zraka.
d)	[1] UN osrednjega sistema ogrevanja in ohlajanja: [1a] preko pred nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema s spominsko funkcijo, ki samodejno izbira med potrebo po ogrevanju, ohlajanju ali zgolj vzdrževanju izbrane temperature; [1 b] uravnavanje temperature: najmanj iz BP — zagotovljen digitalni prikaz izbrane in dejanske temperature ; [1c] izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja: najmanj iz BP — zagotovljen digitalni ali grafični prikaz.
3.10	Sistem prezračevanja BP
	Vključuje ventilator z dvosmernim delovanjem, integriran v strop ali steno BP.
3.11	Na delovanje pogonskega agregata vezan sistem toplovodnega ogrevanja BP
	[1] Sistem deluje na principu izrabljanja odpadne toplote medija (vode) sistema za ohlajanje pogonskega agregata RV — uporabljen je dodatni, zmogljiv izmenjevalec toplote velikih volumnov.
3.12	Sistem ogrevanja BP ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja
	[1] Samodejno ali preko drugega termostata reguliran, 230 V električni grelec (m.. 2.000 W), s senzorjem za izklop ob pregrevanju in izborom delovanja grelca najmanj v dveh (2) pred nastavljenih območjih (kot je npr. model Termini 2100, podjetja Defa ali ECOMAT 2000 Exclusive ali enakovredno); [2] na z zunanje strani RV dobro vidni lokaciji BP/BD je zagotovljeno signaliziranje vključenosti in delovanja grelca.
3.13	Sistem hlajenja BP
	[1] Zajame od VP neodvisno nadgradnjo klimatskega sistema, prirejenega za uporabo v BP; [2] nadgradnja vključuje: [2a] samostojen dodatni kondenzator; [2b] uparjalnik in [2c] druge, za delovanje potrebne elemente, priključene na samostojen ali skupni kompresor osnovnega vozila.
ELEKTRIČNI SISTEM	
3.14	Funkcije elementov za upravljanje

	<p>[1] Upravljanje in nadzor vseh sistemov in naprav VP je zagotovljeno iz VP, vseh sistemov in naprav BP pa iz BP; [2] iz VP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor najmanj z naslednjimi funkcijami: [2a] osnovna osvetlitve BP, [2b] osrednji sistem ogrevanja in ohlajanja BP: najmanj vklop/izklop sistema (v kolikor to ne poteka samodejno); nadzor vključenosti/delovanja; izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja (v kolikor to ne poteka samodejno); [2c] upravljanje z vso opozorilno signalizacijo in signalizacijo za povečanje varnosti; [3] iz BP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor vseh delovnih luč; [4] vključenost zahtevanih funkcij upravljanja v posamezni element upravljanja, se dogovori z naročnikom; [5] z naročnikom se dogovori tudi ureditev vseh preostalih zahtevanih, zgoraj neimenovanih funkcij upravljanja/nadzora sistemov in naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.</p>
3.15	Osvetlitev BP
	<p>[1] Vsi svetlobni elementi so integrirani v namestitveno površino tako, da ne odstopajo od nje; [2] vir svetlobe so energijsko varčna svetlobna telesa (LED).</p>
3.16	Osnovna osvetlitev
	<p>[1] S svetlobno propustnim pleski steklom zaščitene luč; [2] omogočeno izbiranje ali uravnavanje različnih jakosti osvetlitve (najmanj zmerne in visoke); [3] ob odprtju drsnih vrat BP se samodejno vklopi najmanj ena (1), v prostoru vrat nameščena svetilka; [4] ob odprtju zadnjih vrat se samodejno vklopi osvetlitev BP na nivo zmerne jakosti; [5] v obeh primerih je sočasno zagotovljena možnost ročnega izklopa; [6] ob izboru vseh luči je zagotovljena enakomerno učinkovita osvetlitev celotnega BP.</p>
3.17	Dodatna osvetlitev delovnega področja
	<p>[1] ena (1), 20 W halogenskemu svetlobnemu elementu enakovredni LED luči ali druga preiskovalna luč, vgrajena v predelu oskrbovalnega dela stropa tako, da je snop žarkov razporejen ali pa ga je mogoče usmerjati na sprednjo polovico mize bolniških nosil (med glavo in pas pacienta);</p>
3.18	Noča osvetlitev
	<p>[1] nočna osvetlitev BP — blaga in nemoteča izvedba osvetlitve BP (kot npr. travma osvetlitev ali enakovredno); [1a] UN: samodejni vklop ob zatemnitvi prostora in delujočem motorju RV oz. RV pod kontaktom z možnostjo izklopa;</p>
SISTEM OSKRBE S KISIKOM	
3.19	Sistem oskrbe s kisikom
	<p>[1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: namenski prostor pod mizo nosil. [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod (dimenzije se dogovori z naročnikom); [4] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom); [5] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [6] vse vtične sklopke so standardizirane DIN euro izvedbe; [7] UN: iz BP je za obe posodi zagotovljeno: [7a] upravljanje z elektromagnetnim pretočnim ventilom; [7b] vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije [7c] signal/znak za opozarjanje na izpraznjene jeklenke; [7d] možnost ročnega ali samodejnega preklopa med jeklenkami.</p>

POHISTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA	
3.20	Namenski prostori za hranjenje reševalne opreme in pripomočkov
	[1] Prostornost BD/BP in notranja razporeditev zagotavlja funkcionalno shranjevanje in uporabo s standardom SIST EN 1789 za tip B predpisane in s temi STK opredeljene opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala; [2] opomba: za vso v nadaljevanju navedeno opremo je v ponudbi opredeljena predvidena LN ali pa je ta prikazana na tehnični risbi ali skici.
3.21	Ogrevan in hladilni predal ali drug ogrevan in hlajen prostor
	[1] Vsak posamezni predal sprejme najmanj štiri (4) plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml [2] hladilni sistem je kompresorske izvedbe; [3] zagotovljen zajem znotraj predala razlite tekočine; [4] zagotovljeno digitalno: [4a] nastavljanje želene temperature in [4b] prikaz dejanske temperature notranjosti predala; [5] ogrevan predal vzdržuje temperaturo 38° C (+/- 2° C), hladilni predal pa 4° C (+/- 2° C); [5a] dodatno omogočeno pred nastavljanje v okviru širšega temperaturnega območja; [6] LN: na levi steni bližje predelni steni, za vzglavjem bolnika, kot sestavni del predalnika& omarice.
3.22	Pripomoček za imobilizacijo otroka
	[1] Namenjen za imobilizacijo otrok do 40kg telesne teže, ali starosti do 10 let, ali za velikost otrok med 700- 1.300 mm. [2] Komplet vsebuje; [2a] zanke za fiksacijo na glavna nosila; [2b] Prilagodljivo oporo za glavo z odprtini za kontrolno sluhovoda [2c] ročaje za enostavnejše in varnejše prenašanje; [2d] pasove za pritrditev otroka na pripomoček za imobilizacijo [2e] pasove za pritrditev glave na pripomoček za imobilizacijo; [2f] torbico za hrambo in prenašanje; [2g] kakovost kot npr. FERNO Pedi-Pac M78 ali enakovredno.
3.23	Integrirana, radijsko vodena ura z digitalnim prikazom
	[1] Izpis števil v intenzivni barvi, velikosti --r. 20 mm ali bea, s sekundnim prikazom ali drugim pripomočkom za izračun srčne frekvence (kot npr. model DCF 77 tip 4 proizvajalca Schumann — Daten and Kommunikationstechnik ali enakovredno); [2] LN: dobra vidljivost s sedeža desne stene.
3.24	Predal za shranjevanje medicinske in druge dokumentacije ali drug enakovreden prostor
	[1] LN: v okviru elementov predelne stene in v dosegu sedeža desne stene oz., v dogovoru z naročnikom opredeljeni, iz BP lahko dostopni lokaciji; [2] omogoča namestitev in enostaven odvzem najmanj enega (1) standardnega fascikla A4.
3.25	Prostor za protokole
	Na predelni steni je na dosegu sedežev nameščena kasetna za protokole, ki jo sestavlja: - stenski nosilec L.N. po dogovoru z naročnikom, - kovinska kasetna velikosti A4, v katero se lahko shrani vsaj 100 listni obrazec- protokol, - kovinska vzmetna zaponka, ki omogoča izpolnjevanje protokolov v NMP.
3.26	Zaščitna sredstva

	[1] LN: vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostaven odvoz/uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
3.27	Predal/nosilec za 3 škatle zaščitnih rokavic s stranskim odvzemom
	[1] Dimenzije posamezne enote: širina --r. 240 mm, višina --r. 130 mm in globina --r. 80 mm. LN: Nad drsnimi vrati BD
3.28	Podajalnik za najmanj 100 lističev večslojnih papirnatih brisač
	[1] Za več-slojne in cikcak pregibi, formata 250 mm x 90 mm (v zloženem stanju).
3.29	Predal/nosilec za razkužilo
	[1] Volumna 500 ml.
3.30	Elementi za odlaganje odpadkov
	[1] LN: vsi elementi so nameščeni (v največji možni meri integrirani) na operativno funkcionalnih lokacijah v sklopu omarice/prostora predelne stene ali drugih sten tako, da omogočajo varno odlaganje odpadkov in ne ovirajo običajnih postopkov dela v BP; [1a] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
3.31	Prostor ali druga enota s pokrovom za komunalne odpadke
	[1] Odstranljiv ali drug, za čiščenje nezahteven — možnost namestitve PVC vrečke; [1a] kot npr. Ingo-Man ali enakovredno.
3.32	Nosilec za PVC kontejner za ostre predmete
	[1] v obliki kvadra dimenzij cca. 22 x 19 x 7,5 cm s stenskim nosilcem ; [1a] kot npr. Kontamed.
	[1] LN: Zahtevo se uredi po dogovoru z naročnikom v okviru razpoložljivih možnosti v primeru, da je na razpolago ustrezen dodaten prostor.
3.33	Prostor za namestitev stola za prenos pacienta
	[1] Stol za prenos pacientov (stol) je nameščen: [1a] v posebni omari, [2] zasnova omare/nosilca je takšna, da omogoča odvoz in namestitev stola od zunaj brez potrebe po vstopanju v BP; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev stola, ki ga naročnik že ima; Stryker 6252; [4] omara (nosilec) je: [4a] trdne konstrukcija; [4b] kar se da ploske izvedbe; [7] LN: [7a] na zadnjem delu BP najbližje vrat nameščen, v posebni omarici, ki je opisana v 3.65.
POHISTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA PREDELNE STENE	
3.34	Eden (1) ali ved zaprtih odlagalnih prostorov nad VD
	[1] Notranjost: [1a] obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov; [1b] nederseče dno; [2] dopustno prehajanje elementa v BP.
3.35	Zložljiv (preklopni) sedež na predelni steni- na desni strani

	[1] Samodejno zadrževanje sedeža v zloženem položaju; [2] naslon za glavo; [3] najmanj tritočkovni varnostni pas (integriran ali drugače urejen); [4] LN: pritrnitev na predelno steno ali elemente predelne stene; [4a] potreben dogovor z naročnikom; [5] celostna usklajenost z notranjostjo BP; [6] izpolnjuje druge, na sedeže BP nanašajoče se zahteve.
3.36	Omara na levi steni za vzglavjem nosil
	Omara je nameščena v prostoru med vzglavjem nosil in predelno steno, bližje levi steni. Omaro sestavljajo najmanj 3 izvlečni predali obrnjeni 90° glede na smer vožnje. Eden od predalov je grelni drugi pa kompresorski hladilni. Dimenzije omarice morajo omogočati zadosti prostora za izvedbo endotrahealne intubacije.
3.37	Prostor za reanimacijski nahrbtnik, travma nahrbtnik
	[1] V omarici na zadnjem desnem delu vozila se nahajata dve polici, ki ustrezata dimenzijam omenjenih artiklov [1a] prostor ne sme biti manjši kot 580 mm x 300 mm x 400 mm;
	POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA LEVE STENE (v smeri vožnje)
3.38	Eden (1) ali več namensko prirejenih prostorov za namestitev medicinsko tehnične opreme s stensko inštalacijo — stenski oskrbovalni center
	[1] Prostor ali več prostorov: [1a] namenjenih trdnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
3.39	Atestiran nosilec za EKG monitor/defibrilator
	[1] C3 Corpuls, proizvajalca GS GmbH; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) [4] LN: [4a] na sprednjem delu stene; [4b] v višini, nad nivojem bolniških nosil — dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolnika nosila; [4c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
3.40	Atestiran nosilec za prenosni ventilator WEINMANN Medumat Standarda
	[1] Ventilator je nameščen na fiksni stenskem nosilcu, ki omogoča odstranitev ventilator v primeru servisiranja [2] zagotovljeni priključki: na centralni razvod kisika (preko gibljive cevi); [3] LN: [3a] na sprednjem delu stene; [3b] najmanj v višini nivoja mize bolniških nosil ali višje; [3c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
3.41	Atestiran nosilec za prenosni aspirator
	[1] Accuvac Pro proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni); [3] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP — potreben dogovor z naročnikom.
3.42	Atestiran aplikator kisika s priključkom za kisik
	[1] Aplikator je priključen na kisikovo omrežje; [2] omogoča regulacijo ter nadzor pretoka kisika najmanj v območju 0 — 15 l na minuto; [3] opremljen je z zamenljivim nastavkom (za tanko cevko) za aplikacijo kisika;

3.43	Vertikalni drog (Ø 38 mm) ali vzdolžno nameščena medicinska letev za pritrjevanje
	[1] Omogočeno pritrjevanje enega (1) nosilca infuzijskega perfuzorja Braun Perfusor Space; [2] priključki: 1 x 12 V in 1 x 230 V (vtičnice); [3] LN: na neobremenjeni, pred poškodbami varni lokaciji zgornjega dela BP — potreben dogovor z naročnikom.
3.44	Stenska inštalacija
	[1] Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izza stenskem prostoru ali posebnem inštalacijskem kanalu; [2] priključki so vgrajeni v steno ali inštalacijski kanal: [2a] neposredno ob opremi kateri so namenjeni ter [2b] drugi, po dogovoru z naročnikom izbrani lokaciji; [3] poleg priključkov za oskrbo opredeljenih medicinsko tehničnih naprav so na razpolago:
3.45	Tri (3) 12 V vtičnice
	(1 x 0 21 mm, 2 x 0 12 mm — ena posebej označena vtičnica za priklop inkubatorja).
3.46	Ena (1) 230 V vtičnica
3.47	Dve (2) vtični sklopki za priklop kisika
	[1] Ena (1) vtična sklopka je nameščena čim bližje stropu ali v stropni konzoli.
3.48	Oprijemni ročaj za pacienta
	[1] Namenjen oprijemu na bolniških nosilih ležečemu pacientu med transportom.
3.49	Zgornja zaprta omara/predal- nad vozniško kabino
	[1] Zajame pretežen del preostale razpoložljive dolžine stene in je namenjena shranjevanju manjših enot medicinsko tehnične opreme in pripomočkov ter medicinskega materiala;
POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA DESNE STENE (v smeri vožnje)	
3.50	Zložljiv sedež
	[1] LN: v smeri vožnje ali v okviru dopustnega zasuka, vzdolžno bližje sredini bolnike mize; [2] ko se sedež zloži ob steno.; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov ali [3c] v pod, tesno ob steni ali kolesnem okrovu; [4] sedež ima: [4a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [4b] najmanj levi, po višini nastavljen naslon za roko, [4c] integriran ali drugače urejen 3 točkovni varnostni pas; [5] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [6] testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [7] celostno usklajen z notranjostjo BP; [8] področje sedeža zajame tudi:
3.51	Oprijemni ročaj
	[1] Zahteva se uporablja v primeru, ko ni možna funkcionalna raba ročaja ob levi strani drsnih vrat; [2] LN: v bližini sedeža — uporaba s sedeža.
3.52	Bralna lučka

	[1] S stikalom za prižiganje ali samostojno stikalo, pri višji namestitvi; [2] LN: v bližini sedeža — uporaba s sedeža.
3.53	Enota za upravljanje zvočnikov BP
	[1] LN: v bližini sedeža — uporaba s sedeža.
3.54	Omarica na zadnjem delu BP
	[1] Notranjost je: [1a] obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov in [1b] ima neдрseče dno; [2] druge izvedbe: [2a] zajema prostor z odlagalnimi policami za namestitev prenosnega stola v zloženem stanju (Stryker 6252), reanimacijski nahrbtnik, zaščitne čelade (3 kosi) in po možnosti še droben imobilizacijski material;
3.55	Omarica v področju povišane strehe BP
	Na desni strani nad bočnim sedežem BP, v delu školjke povišane strehe, je nameščena omarica z eno odlagalno polico in drsnimi vratci iz pleski stekla.
3.56	Oskrbovalni del (elementi) stropa
	[1] LN: v prostoru nad mizo bolniških nosil; [2] vsi elementi, razen ročaja za oprijem so integrirani (potopljeni) v strop ali posebno stropno konzolo; [3] oskrbovalni del zajame:
3.57	Ročaj za oprijem osebja pri delu
	[1] Najmanj en (1) vzdolžen, po pretežnem razpoložljivem delu stropa, nad mizo bolniških nosil nameščen ročaj, integriran v stropno konzolo levo in desno, najmanj nad sprednjo polovico mize bolniških nosil; [2] zagotovljena trdna pritrditev.
3.58	Nosilec za infuzijske plastenke
	[1] Za tri (3) ali več enot, volumna 500 ml; [2] s fiksacijo za omejitev gibanja;
3.59	Kisikova enota z aplikatorjem kisika
	[1] Vključuje en (1) atestiran modul za aplikacijo kisika, kot npr. Weinmann Oxygen ali enakovredno (omogoča natančno doziranje kisika), priključen na kisik; [2] ob zagotovljenem priključku za aplikacijo kisika v okviru oskrbovalnega dela stropa, je modul dopustno namestiti tudi v okviru elementov oskrbovalnega centra leve stene ali druge, v dogovoru z naročnikom opredeljene lokacije;
	POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA LEVE STENE (v smeri vožnje)
3.60	Omarica ob zadnjih dviznih vratih
	Predstavlja večje odlagalni prostor za imobilizacijske pripomočke. Poteka od zadnjih vrat po L steni vzdolžno z nosili preko kolesnega okrova. Dostop do omarice je od zgoraj, omarica ima urejeno zapiranje.
3.61	Površine leve stene za nameščanje medicinske opreme

	Leva stena je v celoti namenjena za nameščanje medicinske opreme. Stena ni zastekljena zato so v izastenskih strukturah nameščene ojačitve za nameščanje medicinske opreme
3.62	Odlagalne površine v področju dvignjene strehe na levi strani.
	v področju, ki ga obsega površina školjke povišane strehe je na levi strani nameščen odlagalni prostor zaprt z roletnim sistemom, na sprednjem delu pa je bližje predelni steni nameščen poglobljen del, ki ustreza namestitvi baterijskega aspiratorja, oziroma je po dogovoru z naročnikom ta niša izdelana kot omarica za droben material ali rokavice
	POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA PREDELNE STENE OB DRSNIH VRATIH
3.63	Zložljiv stol
	Na predelni steni bližje drsnim vratom je nameščen zložljiv stol s vsaj dvotočkovnim varnostnim pasom in obojestranskimi oporami za roke.
3.64	OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA
3.64.1	V vozilu so na ustreznih nosilcih BP nameščene tri (3) zaščitne čelade, ki vsebujejo vsaj vizir, svetilko in zaščito vratu. Čelade so v beli barvi. Kot npr. CASCO PF 1000 ali boljše.

OSNOVNA TRANSPORTNA OPREMA ZA PACIENTA IN NJENA NAMESTITEV

3.65	Atestirana miza za bolnika nosila s podvozjem
	[1] Dopustna trajna obremenitev mize z 250 kg; [2] prilagojen naklon navoza/odvoza; [3] pod mizo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil in dveh kisikovih jeklenk; [5] LN: ob levi steni — v položaju, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane;
3.66	Atestirana naprava z več točkovnim vamostnim zaklepom za fiksacijo podnožja bolniških nosil z izvlekljivo mizo
	[1] Univerzalna naprava, ki poleg izbranega podnožja bolniških nosil, omogoča tudi namestitev in pritrditev podnožja bolniških nosil Stryker,
3.67	Bolniška nosila enakovredno kot STRYKER M1
	[1] Nosilnost najmanj 223 kg; [2] širina z 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela vsaj 1.940 mm; [4] teža nosil največ 22 kg; [5] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [6] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [7] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna — za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [8] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [9] bočna ograjica z vertikalnim spustom [10] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrečenih nog; [11] autotransfuzijski položaj; [12] fiksna opora za stopala; [13] teleskopski vzdolžni podaljški ročic za prenos nosil pri zglavnem in nožnem delu.; [14] zložljiv nosilec za infuzijo; [15] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [16] kolesa za prevoz (Ø min.150 mm, širina min. 5 cm); [17] pritrdilni mehanizem za pritrjevanje nosil na podvozje nosil; [18] Nosila so opremljena z namensko gibljivim nosilcev dihalne cevi izbranega respiratorja; [19] kakovost kot npr. Stryker M1
3.68	Podvozje bolniških nosil
	[1] Je prilagojeno višini navozne ploščadi bolniške mize; [2] nosilnost prilagojena uporabi z bolniškimi nosili; [3] kompatibilnost z bolniškimi nosili — opremljenost z mehanizmom za pritrditev bolniških nosil ter enostavno odstranjevanje teh s podvozja; [4] dvostopenjski navoz in odvoz podvozja na/z izvlekljive mize bolniških nosil (1. stopnja — zlaganje prednjih nog, 2. stopnja — zlaganje zadnjih nog) s/z: [4a] ročno sprostitev nog podvozja (barvno kodirani gumbi) ob odvozu z izvlekljive mize, [4b] varnostnim zaklepom za preprečitev nenadzorovanega zlaganja nog podvozja ob odvozu z izvlekljive mize; [4c] ročno sprostitev zaklepa nog navozne in nadzorne strani podvozja ob navozu na bolniško mizo; [5] izven RV je: [5a] spuščanje podvozja uravnavano s pomočjo dveh, tj. na naložni in nadzorni strani podvozja nameščenih mehanizmov za upravljanje nog; [5b] dvigovanje podvozja uravnavano s samodejnim ali ročnim, večstopenjskim zaskočnim mehanizmom; [6] omogočen je zaklep podvozja v nizkem položaju; [7] kolesa za prevoz (Ø min.150 mm, širina min. 5 cm); omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu (guma s profilom), so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [8] podvozje nosil ima podaljške ročic na vzglavnem delu, ena ročica ima integriran prožilec za spremembo višine; [9] kakovost kot npr. Stryker M1
3.69	Zložljivi stol za prenašanje z gosenicami

	<p>[1] Skladnost z EC 93/42/EEC za medicinske pripomočke; [2] teta največ 16 kg; [3] nosilnost z 225 kg; [4] omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih na trdih površinah; [5] opremljenost s pasovi za privezovanje pacienta; [6] najmanj sprednji ročaji so prilagodljive teleskopske izvedbe; [7] kakovost kot npr. stol Stair-PRO, Model 6252, proizvajalca Stryker ali enakovredno.</p>
4	ZAHTEVE ZA MEDICINSKO TEHNIČNO OPREMO
4.1	Defibrilator z monitoringom
	<p>Defibrilator z monitorinškimi opcijami: spo2, etCo2, NIBP, 2 xTemp, 12 kanalni EKG z interpretacijo. Monitorinški del je ločljiv od defibrilatorja, omogočena stalna in varna brezžična povezava med moduli. Teža defibrilatorja največ 6,5 kg (naprava, baterije in polnilec). Dimenzije kompletne naprave: V: max. 300 mm, Š: max 310 mm, G: max 200 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vsaj 8,4 palčni barvni monitor,
	<ul style="list-style-type: none"> - vsaj dve (2) Li Ion bateriji s skupnim operacijskim časom min. 4 h, - shranjevanje podatkov na spominsko kartico, - vgrajen tiskalnik širine vsaj 105 mm, - vgrajen modul za prenos podatkov na fax ali mail preko GSM omrežja, - torbica za prenos, - stenski nosilec z zaklepom, in varnostno časovno funkcijo, - dodaten nosilec za nameščanje defibrilatorja na ograjico postelje
4.2	Prenosni reanimacijski nahrbtnik (opremljen)
	<p>[1] Narejen je iz rdečega najlona, nahrbtni in spodnji del sta lahko v orni barvi; [1a] maksimalno prilagojen za namestitev pod to. »3.42.1« opredeljenem prostoru — dimenzije cca. 400 mm x 270 mm (brez upoštevanja naramnic) x 560 mm (višina); [2] druge zahteve: [2a] razpolaga z več prostori; [2b] omogoča namestitev jeklenke za kisik z reducirnim ventilom in regulatorjem pretoka; [2c] teža praznega nahrbtnika največ 4,5 kg; [3] kakovost kot npr. PAX WASSERKUPPE.</p> <p>OPREMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator z jeklenko (opis v točki: 4.6) - Lahka- alu kisikova jeklenka 2 l x 200 bar, - Dvostopenjski reducirni ventil za dovod na ventilator in prosti izhod za inhalacijo z prednastavljenimi vrednostmi 0-15l/min. - 1 x torbica za pripomočke s prosojno stranico (velikost S), - naprstni oksimeter z barvnim zaslonom za odrasle, - naprstni oksimeter z barvnim zaslonom za otroke, - Komplet za IO pristop, ki ga sestavlja baterijski vrtalnik in set igel za odrasle in otroke v torbici,
4.3	Pripomoček za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju

	[1] nosilnost vsaj 220 kg; [2] majhna teža (ne več kot tri (3) kg); [3] ima ustrezne pasove za fiksacijo pacienta; [4] ima ročaje za lažje nošenje in izvlek poškodovanca; [5] ima priloženo vrečo za shranjevanje; [6] enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje; [7] kot npr. Ferno K.E.D. (Kendrick Extrication Device) ali enakovredno.
4.4	Zajemalna nosila z oporo in pasovi
	PVC sklopljiva nosila kot npr. FERNO M65 EXL s petimi pasovi in oporo za glavo, ki jo predstavlja podloga min. dimenzij; 390 x 15 x 260 mm in dve opori za glavo minimalnih dimenzij 235 x 130 x 160 mm.
4.4	Reševalne škarje v kvaliteti enaki ali boljši kot npr Wero Safety Boy
4.5	Transportni ventilator enakovreden vsaj WEINAMNN MEDUMAT Standard a
	Ventilator nameščen na nosilni plošči za izvajanje kontrolirane (IPPV) in asistirane (SIMV) ventilacije. Uporabniški vmesnik oziroma upravljanje mora biti primerljivo z napravami, ki jih poseduje naročnik (W. Medumat Standard). Naročnik zahteva kompatibilnost tudi pri potrošnem materialu (dihalne cevi). Elektronski alarmi za stenozo, padec tlaka in diskonekt. Nastavitev parametrov s pomočjo treh nastavljivih gumbov. Napravo poganja stisnjen plin, izvedba brez baterij za polnjenje (razen alarmi, ki jih poganja baterija na litijevi osnovi, brez polnjenja in s kapaciteto vsaj 2 leti.
4.6	Transportni ventilator nameščen v reanimacijskem kovčku
	Ročni ventilator za izvajanje kontrolirane ventilacije majhnih dimenzij, z IPPV načinom delovanja, govorna zvočna navodila, metronomska funkcija in na dihalni cevi integriran sprožilec dihalne sekvence. <ul style="list-style-type: none"> - Razmerje I:E nastavljivo 1:1, 1:2, 1:3 - Nastavitev maksimalne dihalne frekvence :min. 25/min, - Tidalni volumen: 65-950 ml, - Teža naprave največ 0,6 kg
4.7	Prenosni baterijski aspirator
	Prenosni aspirator dimenzij (naprava + zbiralna posoda) največ :370 x 277 x 146 mm, teža največ 4 kg (kompletna naprava z baterijo). <ul style="list-style-type: none"> - Stenski nosilec z napajanjem, kompatibilen tudi z napravami v lasti naročnika (W. Accuvac Rescue), - Sukcijska jakost črpalke vsaj 34 l/ min. - Prednastavljene vrednosti vleka v vsaj 3 stopnjah znotraj omočja -0,1 do -0,8 bar, - Stopnja zaščite vsaj IP34D - Vrsta baterij: L-Ion - Avtonomija minimalno 60 min., - Torbica za material.

Plačilni pogoji: 30 dni po uspešno opravljenem prevzemu in prejetju računa.

Rok dobave: najkasneje 180 dni od podpisa pogodbe.

Ponudnik s predložitvijo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja pristaja na pogoji, da ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali

neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik, kot skrben strokovnjak moral oziroma lahko predvidel!

3. SKUPNA PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov/partnerjev skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti **pravni akt o skupnem nastopanju/sodelovanju**, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in polni naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa);
- opredelitev nosilca posla (vodilnega ponudnika), ki skupino gospodarskih subjektov (partnerje skupne ponudbe), v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa in pooblastilo vodilnemu ponudniku za zastopanje skupine ponudnikov;
- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika in izjavo v kateri mora biti navedeno, da gospodarski subjekt, ki je partner skupne ponudbe, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom;
- količina, predmet del, kraj ter rok izvedbe del za vsakega partnerja v skupini in področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi;
- način plačila (prek vodilnega partnerja ali neposredno, na podlagi pooblastila naročniku);
- rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa kateregakoli partnerja skupne ponudbe.

4. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil **pogodbo o izvedbi javnega naročila (podizvajalsko pogodbo)**, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, vrsto posla, količino, vrednost posla, kraj in rok izpolnitve,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev skupaj z izjavo, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom ter razpisnimi in s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije ter da z njimi v celoti soglašajo,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva – v tem primeru je potrebno naročniku predložiti tudi fotokopijo pogodbe, ki jo je podizvajalec sklenil s ponudnikom (podizvajalska pogodba).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za

izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v razpisni dokumentaciji, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu z določili razpisne dokumentacije, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z določili razpisne dokumentacije, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik in vsak priglašeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami in določili razpisne dokumentacije. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), pred pričetkom izvajanja javnega naročila z njihove strani preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

V kolikor bo ponudnik v obrazcu Ponudba ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v posamezni postavki popisa del, morajo tudi vrednosti naročila, ki ga bodo izvajali posamezni podizvajalci vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo zneski podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovali zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

5. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE ODDAJE NAROČILA

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Morebitne že predložene ponudbe bo naročnik v tem primeru neodprte vrnil pošiljateljem.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

6. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, skladno z določili 5. odstavka 46. člena ZJN-3. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

7. ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:

- da bo vse zahtevane storitve in dobavo izvedel strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonski in drugi veljavni predpisi, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
- da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in brežhibno mehanizacijo;
- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;
- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;
- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;
- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v skladu z določili in zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

8. PREGLED PONUDB

Naročnik bo prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih določenih v razpisni dokumentaciji in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preden bo preveril, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje. Če bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika, za ponudnika, ki je oddal takšno ponudbo, naročnik ne bo preverjal, ali obstajajo razlogi za izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik bo preveril:

- če je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- če je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v razpisni dokumentaciji in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik bo najkasneje pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika

popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. ZJN-3.

9. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odločitev o oddaji naročila naročnik sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora biti vsebinsko v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZJN-3.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonnosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upošteva določila 90. člena ZJN-3. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo vseh odločitvah v zvezi s postopkom javnega naročanja obvestil ponudnike na način, da podpisano odločitev glede tega objavi na portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

10. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev ponudbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnosti, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma je naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca.

11. ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV

V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na podlagi preverjanja podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik/člani skupine ponudnikov ali njihovi priglasi podizvajalci ne izpolnjujejo vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa bi moral naročnik iz tega razloga razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je ponudnik/skupina ponudnikov odškodninsko odgovoren naročniku. Ponudnik/skupina ponudnikov mora v takšnem primeru naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi morebitne zamude pri izvedbi gradnje, zaradi zamude ali nezmožnosti črpanja evropskih sredstev, ipd... Ponudnik/skupina ponudnikov odgovarja po načelu popolne odškodninske odgovornosti tudi za svoje priglase podizvajalce, ne glede na to ali je vedel za dejstvo, da posamezni podizvajalec v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh naročnikovih pogojev ali ne.

Naročnik zato ponudnikom/skupini ponudnikov svetuje, da v podizvajalskih pogodbah uredijo možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev v zgoraj navedenih primerih.

12. KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek javnega naročanja in skladno s 44. členom ZJN-3 izvesti konkurenčni postopek s pogajanjem, če so bile za javno naročilo predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

13. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo 2. odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in

količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

14. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN na ustrezen račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, št. 01100-1000358802 – za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednjo referenco: 11 16110-7111290-00 _____.

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Ponudnik, po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zoper sklep o dodelitvi naročila lahko ponudnik vložijo zahtevo za revizijo v skladu z določili ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki če je overjen s kvalificiranim potrdilom, lahko pa se neposredno odda naročniku v njegovih poslovnih prostorih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.

15. PODPIS PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.

V skladu z 2. odstavkom 81. člena ZJN-3 mora naročnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik pa si pridržuje pravico od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo spodaj navedeni drugi razlogi za izključitev.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, ali če skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov, **naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila, zato morajo ponudbi obvezno priložiti izvod sklenjenega dogovora, iz katerega izhaja, da so se vsi ti subjekti v razmerju do naročnika izrecno in brezpogojno zavezali k solidarni odgovornosti za pravilno in pravočasno izvedbo predmetnega javnega naročila, sicer bo takšna ponudba izločena.**

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na del naročila, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati pogoje glede:

- **ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,**
- **neobstoja obveznih izključitvenih razlogov za osnovno sposobnost osnovne sposobnosti,**
- **neobstoja drugih izključitvenih razlogov.**

Tuji ponudniki morajo v primeru, da ne predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, naročniku poleg lastnih izjav o izpolnjevanju pogojev in izjav iz 4. odstavka 77. člena ZJN-3, predložiti tudi podatke z natančnim nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja posamezno potrdilo ter soglasje o uporabi njihovih osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev. V kolikor se bo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden v ponudbi ne izdaja uradnega potrdila o izpolnjevanju posameznega pogoja ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh ne da pridobiti, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe je v tem, da se prepreči neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega naročila zaradi pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika.

1. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

1. POGOJ

Gospodarski mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt mora biti proizvajalec ali generalni uvoznik (principal) ali pooblaščen uradni prodajalec za blagovno znamko vozila, ki ga ponuja.

DOKAZILO

Gospodarski subjekti, registrirani v RS: izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (obrazec D/3) ter ustrezno dokazilo o tem, da ima lastnost proizvajalca/generalnega uvoznika/pooblaščenega uradnega prodajalca za blagovno znamko vozila, ki ga ponuja.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

2. NEOBTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev, ki pomenijo obstoj obveznega izključitvenega razloga.

1. POGOJ

Gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponaređanje denarja (243. člen KZ-1), ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO

Izjava gospodarskega subjekta, da mu ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in (obrazec D/3).

Gospodarski subjekt mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/4).

2. POGOJ

Osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO

Izjava gospodarskega subjekta, da osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v kolikor je ponudnik pravna oseba, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 (obrazec D/3).

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov, ki ga osebno podpiše (priloga št. D/5).

3. POGOJ

Gospodarski subjekt mora imeti izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt nima izpolnjenih obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO

Izjava gospodarskega subjekta, da ima na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 eurov ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).

4. POGOJ

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO

Gospodarski subjekti, registrirani v RS: Izjava gospodarskega subjekta, da ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).

5. POGOJ

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO

Gospodarski subjekti, registrirani v RS: Izjava gospodarskega subjekta, da mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).

3. NEOBSTOJ DRUGIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Naročnik lahko kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev, ki pomenijo obstoj spodaj navedenih drugih izključitvenih razlogov.

1. POGOJ

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt:

- če mu bo naročnik na kakršen koli način izkazal kršitev obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
- če nasprotja interesov iz 3. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO

Izjava gospodarskega subjekta, da v zvezi z njim ne obstaja noben izmed navedenih položajev.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).

4. POGODBA

1. POGOJ

Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

DOKAZILO

Vzorec pogodbe (priloga št. D/11).

5. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja oz. izjave o izdaji finančnih zavarovanj. Zavarovanja morajo biti brezpogojna, nepreklicna, plačljiva na prvi poziv, unovčljiva v državi naročnika, po vsebini pa ne smejo odstopati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. V tej razpisni dokumentaciji uporabljen izraz »finančno zavarovanje« velja za menice z meničnimi izjavami in pooblastilom za izplačilo menice ter za bančne garancije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zahteva se finančna zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predloge iz razpisne dokumentacije (priloge D/13, D/14).

1. POGOJ – ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudbi priložiti bianco menico (neizpolnjena menica, podpisana in ožigosana) skupaj z menično izjavo s pooblastilom za unovčenje (podpisano in ožigosano), v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom, da ne bo umaknil /spremenil ponudbe po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne), prav tako pa za primer, če kot izbrani ponudnik ne bi predložil menice za resnost ponudbe ali če bi podal zavajajoče ali lažne izjave ter če bi pri pogajanjih ponudil višjo ceno od ponujene v predhodnem krogu oz. prvotno ponujene. Rok veljavnosti menične izjave je do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem ter predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo oziroma do konca veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo izločil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevanim finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe in ne pokriva zneska zavarovanja v zahtevani višini (izločilni pogoj!).

Zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo zoper odločitev o oddaji naročila.

Izbranemu ponudniku bo naročnik zavarovanje za resnost ponudbe vrnil po podpisu pogodbe in ob predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

DOKAZILO

Izjava ponudnika (priloga št. D/12) in zavarovanje za resnost ponudbe (vzorec je v prilogi D/13).

2. POGOJ – ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo (priloga št. D/12), da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo, kot izhaja iz določil razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnega postopka.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 10%

skupne pogodbene vrednosti naročila z DDV (vzorec je v prilogi D/14), za zavarovanje dobre izvedbe, ki skupaj z neizpolnjeno, podpisano in ožigosano bianco menico, šteje za zavarovanje pogodbenih obveznosti, kot so dobro opravljeno in pravočasno opravljeno delo (glej še določila pogodbe, ki se nanašajo na to). Veljavna mora biti do datuma prevzema plus 30 dni.

Predložena menična izjava ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Zavarovanje za dobro izvedbo bo unovčeno v primeru, da pogodbeni stranka (ponudnik) ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz določil razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z določili pogodbe.

DOKAZILO

Izjava ponudnika (priloga št. D/12).

III. IZDELAVA PONUDBE

1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikatih so lahko predloženi v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezn rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz točke 2. te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljene dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

V kolikor vsa prazna mesta ne bodo izpolnjena, bo naročnik ocenil, katera od teh napak predstavlja formalno nepopolnost ter katera nebistveno pomanjkljivost ponudbe.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

Zaželeno je:

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi;
- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečaten ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);
- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Če ni drugače določeno, **tuji ponudnik** izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem

ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik ali angleški jezik.

2. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati **najmanj do 30.4.2017**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke razpisne dokumentacije oziroma pojasnila o razpisni dokumentaciji.

3. PREGLED PONUDB

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za priznanje sposobnosti, bodo izločene.

Naročnik bo izločil vse ponudbe, za katere bo po pregledu in ocenjevanju ugotovil, da štejejo za nedopustne po ZJN-3.

4. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO IN PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik mora zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnavo vseh gospodarskih subjektov.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

IV. CENA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

V obrazec ponudbe (priloga št. 01) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe vseh del in izražena v evrih (€), ter vključuje DDV (davek na dodano vrednost) in druge obvezne dajatve, transportne, zavarovalne in druge stroške, potrebne za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.

V. PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal v roku določenem v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalce oz. nastopa s podizvajalci, je rok plačila ponudniku – izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot je navedeno v prvem odstavku te točke. Ponudnik - izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Drugačnih opcij naročnik ne bo upošteval. Ponudbe ponudnikov, ki bodo ponudili drugačne plačilne pogoje, bodo kot nepopolne izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

VI. MERILA ZA IZBOR

Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne!

**Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:
EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA**

MERILO	Vrednost merila v %
Končna ponudbena vrednost z DDV	85,0
Varnost -certifikat akreditirane organizacije po SIST EN 1789, z obremenitvami nad 10g.	15,0
SKUPAJ:	100,0

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo)

1. Končna ponudbena vrednost z DDV 85%

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za reševalno vozilo z opremo iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (90 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Primer izračuna:

Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR
Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR

Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 90 točk.
Izračun za ponudbo C:

$$X = \frac{\text{ponudba B}}{\text{ponudba C}} \times 85$$

$$X = \frac{4.800,00}{4.900,00} \times 85$$

83,26= število točk, ki jih prejme ponudba C.

2. Varnost 15%

- Predelava vozila, za katero ponudnik ne prilaga crash testov skladno s standardom EN 1789, prejme 0 točk.
- Predelava, za katero ponudnik priloži veljavne certifikate, za izvedeno dinamično testiranje z obremenitvami 10g/ smer, prejme 7,5 točk
- Ponujeno vozilo, ki ima uspešno izvedene crash teste nad minimalno obremenitvijo (EN 1789) 10 g, in pri kateri je vsota obremenitev v vseh petih smereh višja od 50 g (vendar minimalno 70 g), prejme 15 točk

Seštevek prejetih točk iz 1.in 2. merila pomeni končno število točk, ki jih je ponudba prejela po merilih za posamezni sklop.

V vsakem primeru se izbere tisti ponudnik, ki ima glede na obe merili **večje število točk**.

c) OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Vsaka ponudba mora vsebovati vse dokumente s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika ter naslednje dokumente:

1.	Ponudbo (priloga št. 01) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije.
2.	Izpolnjen obrazec Podatki o gospodarskem subjektu (priloga št. D/1).
3.	<p>Podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami).</p> <p>V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:</p> <ul style="list-style-type: none">- izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o gospodarskem subjektu (priloga št. D/1), za vsakega od gospodarskih subjektov;- izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava gospodarskega subjekta (priloga št. D/3), za vsakega od gospodarskih subjektov;- izpolnjeno in podpisano Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (priloga št. D/4);- izpolnjeno in podpisano Pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem za pridobitev osebnih podatkov, za vsako izmed teh oseb gospodarskega subjekta (priloga D/5). <p>Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše vodilni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi, <u>v kolikor ima v pogodbi o skupnem nastopu za to pooblastilo</u>. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik, če ima ta za podpis v imenu vseh članov skupne ponudbe ustrezno pooblastilo v pogodbi o skupnem nastopu.</p>
4.	<p>Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/2). Ponudnik mora na izjavi D/2 ustrezno podčrtati tisto dejstvo, ki zanj velja.</p> <p>V primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno k ponudbi poleg podizvajalske pogodbe predložiti za vsakega od podizvajalcev posebej:</p> <ul style="list-style-type: none">- izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o gospodarskem subjektu (priloga št. D/1);- v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (priloga P/1);- izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava gospodarskega subjekta (priloga št. D/3);- izpolnjeno in podpisano Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (priloga št. D/4);- izpolnjeno in podpisano Pooblastilo osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem za pridobitev osebnih podatkov, za vsako izmed teh oseb gospodarskega subjekta (priloga D/5).

5.	Krovna izjava gospodarskega subjekta , da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila ter, da ima lastnost proizvajalca/generalnega uvoznika/pooblaščenega uradnega prodajalca za blagovno znamko vozila, ki ga ponuja (obrazec D/3) ter ustrezno dokazilo s katerim dokazuje to lastnost.
6.	Krovna izjava gospodarskega subjekta , da mu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (priloga št. D/3).
7.	Gospodarski subjekt, ki je registriran v RS mora naročniku dati pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence na obrazcu Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (priloga št. D/4).
8.	Pooblastilo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem slovenskega gospodarskega subjekta za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Pooblastilo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/5).
9.	Krovna izjava gospodarskega subjekta , da ima na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 evrov ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe . Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).
10.	Krovna izjava gospodarskega subjekta , da ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).
11.	Izjava gospodarskega subjekta , da mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).
12.	Izjava gospodarskega subjekta , da v zvezi z njim ne obstaja noben izmed položajev, ki se nanašajo na druge izključitvene razloge . Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).
13.	Izpolnjen v skladu z določili razpisne dokumentacije, žigosan in podpisan vzorec pogodbe Vzorec pogodbe je v obrazcu (priloga št. D/11).

14.	Izjava ponudnika – finančno zavarovanje (priloga št. D/12) in zavarovanje za resnost ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije (v skladu s prilogo št. D/13)
15.	Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb ter o povezanih družbah (priloga št. D/16) – izpolnjeno in podpisano izjavo bo izbrani ponudnik na poziv naročnika dostavil pred podpisom pogodbe.
16.	Izjava o skladnosti ponujenega reševalnega vozila z zahtevami standarda SIST EN 1789.

PONUDBA

Na obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenega na portalu javnih naročil, zap. št. JN00_____/2017-W01, z dne _____, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:	
Datum:	

PONUDBNIK:

Firma/Ime ponudnika:	
Sedež/Naslov ponudnika:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka:	

PONUDBENA CENA	
Postavke ponudbe	Cena v EUR
Cena skupaj brez DDV:	
Popust v višini _____ %	
Skupaj s popustom brez DDV	
DDV 22%	
SKUPAJ z DDV - nabavna cena vozila (<i>Pc</i>) :	

Veljavnost ponudbe je **najmanj do 1.4.2017.**

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve vse zahtevane tehnične karakteristike in opremo.

Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe vseh del in izražena v evrih (€), ter vključuje DDV (davek na dodano vrednost) in druge obvezne dajatve, transportne, zavarovalne in druge stroške, potrebne za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb!

KRAJ	ŽIG	PONUDBNIK/VODILNI PARTNER ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
--

V ponudbi nastopamo kot (ustrezno obkrožiti):

- samostojni ponudnik
 vodilni partner
 partner
 podizvajalec

V skladu s Priporočili Komisije št. 2003/361/EC, izpolnjujemo kriterije za mikro, majhno oziroma srednje podjetje (ustrezno obkrožiti – pomoč pri opredelitvi lahko dobite na povezavi https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwieg7vFzMzMAhWKXRQKHSWPCn0QFggIMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15582%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fnative&usq=AFQjCNHORX1jctAdYIFczNB_wRXi7bQsBA&cad=rja):

- smo MSP
 nismo MSP

Firma/lme gospodarskega subjekta:	
Sedež/naslov gospodarskega subjekta:	
Kontaktna oseba:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	
Telefon:	
Fax:	
ID za DDV gospodarskega subjekta:	
Matična številka gospodarskega subjekta:	
Pooblaščen oseb za podpis ponudbe in pogodbe:	

Osebe, ki so imajo v gospodarskem subjektu funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje (kot npr. prokuristi) ali odločanje ali nadzor v njem*:

	Ime in priimek osebe	Funkcija
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11	
12	

*Ponudnik mora za VSE te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

TRANSAKCIJSKI RAČUNI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA*:

	BANKA	IBAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

* Gospodarski subjekt vpiše VSE svoje odprte transakcijske račune.

Podatki o delu prevzetega javnega naročila – izpolniti le, ko gospodarski subjekt nastopa kot eden izmed partnerjev ali kot podizvajalec:

Opis dela naročila – vrsto posla in količino, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema gospodarski subjekt:		
Kraj izvedbe:		
Predviden rok izvedbe:		
Vrednost prevzetega dela naročila z DDV	EUR	Odstotek prevzetih del glede na celoten obseg del za predmetno javno naročilo: %

Izjavljamo:

- da smo seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo.

KRAJ	ŽIG	GOSPODARSKI SUBJEKT
DATUM		ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenem na portalu javnih naročil, zap. št. JN00_____/2017-W01, z dne _____,

(ustrezno obkrožite A ali B)

A) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh, za katere prilagamo tudi izpolnjene in podpisane obrazce PRILOGE ŠT. D/1, D/3, D/4 in D/5:

PODIZVAJALEC:	DEL JAVNEGA NAROČILA, KI GA BO IZVAJAL POSAMEZNI PODIZVAJALEC:

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

KRAJ	ŽIG	PONUĐNIK/VODILNI PARTNER ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

KRAJ	ŽIG	PONUĐNIK/VODILNI PARTNER ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

V zvezi z javnim naročilom »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenem na portalu javnih naročil pod zap. št. JN00_____/2017-W01, z dne _____,

naročniku Zdravstvenemu domu Ajdovščina, Tovarniška _____, 5270 Ajdovščina dajemo zahtevo, na podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

KRAJ	ŽIG	PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

KROVNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

V zvezi z javnim »Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil, zap. št. JNO _____/2017-W01, z dne _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo

izjavljamo:

1. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo pri:

_____ ;
poklicni ali poslovni register v katerega je vpisa gospodarski subjekt

2. da smo:

- proizvajalec,
- generalni uvoznik (principal),
- pooblaščen uradni prodajalec,
- drugo (navedite kaj) _____,

za blagovno znamko vozila, ki ga ponujamo, za kar prilagamo tudi ustrezno dokazilo.

3. da našemu gospodarskemu subjektu kot ni izrečena pravomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen

KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

4. da osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditve ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

5. da imamo na dan, oddaje ponudb:

- izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 eurov ali več, ter
- da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

6. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

7. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

8. da v zvezi z nami ne obstaja noben izmed spodaj navedenih položajev:

- da nismo kršili obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava;

-
- da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter da se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
 - da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;
 - da nismo z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
 - da v zvezi z nami ni podano nasprotja interesov 91. člena ZJN-3 – v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika;
 - da nismo predhodno sodelovali pri pripravi postopka javnega naročanja – v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika;
 - da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe, uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije;
 - da nismo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, da smo te informacije razkrili in smo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
 - da nismo poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

9. da smo soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo:

- da smo proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;
- da se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije;
- da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe;
- da se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami naročnika;
- da razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerikoli ponudbo, ki jo je prejel;
- da razumemo, da variante ponudbe niso dopustne;
- da razumemo, da lahko en ponudnik odda zgolj eno ponudbo in da bodo v primeru, da en ponudnik odda več ponudb, vse ponudbe istega ponudnika izločene;
- da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;
- da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;
- da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;
- da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljave zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

-
- da razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

KRAJ	ŽIG	GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

**POOBLASTILO GOSPODARKEGA SUBJEKTA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

GOSPODARSKI SUBJEKT (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

V zvezi z javnim naročilom »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenem na portalu javnih naročil, zap. št. JN0_____ /2017-W01, z dne _____,

izjavljamo, da Zdravstvenemu domu Ajdovščina, Tovarniška _____, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

PONUĐNIK (POLNO IME):	
Sedež:	
Poštna številka in kraj:	
Občina sedeža ponudnika:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register:	

KRAJ	ŽIG	GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek <u>zakonitega zastopnika</u> in podpis
DATUM		

**POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI
NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA
ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

POOBLASTITELJ,

ime in priimek _____,
ki ima v gospodarskem subjektu _____,
matična številka gospodarskega subjekta _____,
funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenem na portalu javnih naročil, zap. št. JN00_____/2017-W01, z dne _____, izjavljam, da naročniku Zdravstvenemu domu Ajdovščina, Tovarniška _____, 5270 Ajdovščina, dajem pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3 .

(IME IN PRIIMEK):	
EMŠO:	
Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	
Občina rojstva:	
Država rojstva:	
Ulica (naslov stalnega prebivališča):	
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:	
Državljanstvo:	
Prejšnji priimek:	

OPOMBA: obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

*Obrazec mora **obvezno osebno podpisati oseba** članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, **na katero se izjava nanaša**.*

KRAJ	ŽIG	POOBLASTITELJ ime in priimek pooblastitelja in podpis
DATUM		

VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, na dnu pa podpisati izjavo!)

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, Tovarniška _____, Ajdovščina, **kot naročnik**
 ki jo zastopa _____,
 matična številka: _____,
 ID za DDV: _____,
 IBAN: _____

in

_____ (firma in sedež ponudnika) **kot prodajalec**
 ki ga zastopa _____,
 matična številka: _____,
 ID za DDV: _____,
 IBAN: _____,

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. _____ ZA

Uvodna določila

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN00_____/2017-W01, z dne _____ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _____ z dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je predmet pogodbe nakup in dobava _____ vozila _____, ki mora izpolnjevati zahteve in pogoje naročnika, kot izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, te pogodbe in veljavne zakonodaje ter relevantnih predpisov, vključno z zahtevami, ki za tovrstni predmet javnega naročanja izhajajo. Če bo dokazan sum o neustreznosti dobavljenega vozila ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav in odprave nepravilnosti nosil prodajalec, sicer pa naročnik. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Prodajalec mora dobavljeno _____ vozilo naročniku izročiti v last in posest na sedežu naročnika.

_____ vozilo, ki je predmet nakupa in dobave po tej pogodbi mora ob predaji:

- biti novo, dekonzervirano in brezhibno, ter brez stvarnih in pravnih napak (kot npr. pridržek lastninske pravice, zastavna pravica...) ter z opravljeno veljavno homologacijo (za kar mora biti naročniku predložena ustrezna dokumentacija);
- biti v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnih predpisov, ki se nanašajo na predmet javnega naročila;
- v celoti ustrezati zahtevanim tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ter vsem ostalim pogojem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponujeni kvaliteti kot izhaja iz ponudbe prodajalca _____ in v veljavni zakonodaji in standardom.

Če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli razlogov, morata prodajalec in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev nadomestnih storitev. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se sprememba storitev plača posebej ali pa iz vsote te pogodbe, za kar so odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb.

Pogodbena cena, obračun in roki

3. člen

Pogodbena cena _____, za nakup in dobavo _____ vozila, ki je predmet te pogodbe, ter za izpolnitev ostalih obveznosti prodajalca, v skladu z določili in zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, to pogodbo in ponudbo prodajalca _____, znaša:

cena skupaj brez DDV:	EUR
popust v višini _____ %	EUR
skupaj s popustom brez DDV	EUR
DDV 22%	EUR
SKUPAJ z DDV:	EUR

Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe vseh del in izražena v evrih (€), ter vključuje DDV (davek na dodano vrednost) in druge obvezne dajatve, transportne, zavarovalne in druge stroške, potrebne za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek, 30. dan od prejetja računa po potrditvi računa s strani skrbnika pogodbe in po uspešno izvedeni primopredaji.

Garancijski roki ter servisiranje

4. člen

Prodajalec zagotavlja garancijske roke za vozilo ter za opremo v dolžini in pod pogoji, ki se zahtevajo v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku največ _____ dni od prejema reklamacijskega zahtevka naročnika.

Garancijski rok za vgrajene aparature je _____ .

Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v _____. Prevzem na redni servis mora biti v roku _____ ur od prejetja obvestila. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila. V kolikor je trajanje rednega servisa daljše od enega dneva, mora dobavitelj zagotoviti nadomestno vozilo.

Dobavitelj je dolžan kriti vse stroške (razen stroškov popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe vozila ali opreme) in organizirati vse redne in izredne servise.

Če je kakšen del vozila ali opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistvo popravljen, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati novo garancijsko listino za vozilo.

Prodajalec mora na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša garancijski rok.

V kolikor prodajalec napak ne odpravi v roku, sme naročnik napake odstraniti na prodajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik ali zavriniti prevzem. Odpravo napak sme naročnik izvesti le pri pooblaščenih serviserjih.

Izvajanje naročila s podizvajalci

5. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora prodajalec, v nadaljevanju izvajalec, v primeru podizvajalcev, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so naročniku predložili zahtevo za neposredno plačilo v skladu z določili 94. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)	Obseg in vrsta del:	Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki se nanašajo na priglašene podizvajalce in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Zavarovanje za dobro izvedbo del

6. člen

Izvajalec mora najkasneje v 5 delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bianco menico z izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% končne pogodbene vrednosti z DDV v obliki glede na vzorec in z veljavnostjo, kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedba pogodbenih del, pravočasna izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

7. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Pogodbo lahko pisno odpove vsaka pogodbeni stranka z odpovednim rokom en mesec.

Če zamuda izvajalca preseže en mesec, lahko naročnik od nje odstopi, brez da poda izvajalcu dodaten rok za izpolnitev.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka če:

- izvajalec krši obveznosti in kršitve ne odpravi v 5 koledarskih dneh od prejema naročnikovega opomina;
- izvajalec zamuja z aktivnostmi in je očitno, da zaradi te zamude ni sposoben pravočasno izvesti storitev;
- če so storitve v bistvenem izvedene v nasprotju z zahtevami naročnika.

Če naročnik odstopi od pogodbe zaradi navedenih pogodbenih kršitev s strani izvajalca, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 50 % (petdeset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnikov, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

8. člen

V primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je prodajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude prodajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je prodajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu vozila oziroma do popolne odškodnine.

Za obračunano pogodbeno kazen se izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Pregled in prevzem vozila

9. člen

Prodajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko telefona, e-pošte ali pisno, vsaj 2 delovna dneva pred nameravano dobavo.

Prevzem se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene vozila in opreme ter spremljajočih listin podpišeta predstavnik prodajalca in predstavnik naročnika.

Prodajalec mora:

- vozilo v pogodbeno določenem roku predati na sedežu naročnika,
- zagotavljati garancijske roke za vozilo ter ostalo dobavljeno opremo v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- v času garancije zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščen servisni mreži,
- nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času garancije zaradi morebitne okvare vozila.

Prodajalec mora hkrati z vozilom in opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- podpisane in z dnem prevzema potrjene garancijske liste;
- navodila za uporabo in vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku;
- tehnično dokumentacijo, homologacijo.

Vozilo, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo zavrnjeno, zaradi česar bo prodajalec prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti ob dobavi priložen.

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu, ki jih ugotovi naročnik pri prevzemu, mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Naročnik si pridržuje pravico v utemeljenih razlogih zaradi napak vozila ali opreme v celoti zavrniti prevzem.

Pooblaščen osebe strank

10. člen

S strani naročnika je pooblaščen skrbnik te pogodbe in javnega naročila Boža Ferfolja.

S strani prodajalca pooblaščen oseba po tej pogodbi je _____.

Protikorupcijska klavzula

11. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Omejitve poslovanja

12. člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član posloводства ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Socialna in okoljska klavzula

13. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Končna določila

14. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

15. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

16. člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

17. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

18. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo.

19. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba prodajalca št. _____;
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Številka:

Dne:

Številka:

Dne:

NAROČNIK:

PRODAJALEC:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorca pogodbe, da smo jih v celoti razumeli ter soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.

KRAJ	ŽIG	PONUĐNIK/VODILNI PONUĐNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

IZJAVA PONUDNIKA – FINANČNO ZAVAROVANJE

GOSPODARSKI SUBJEKT (firma/ime, sedež/naslov, matična številka):

Ponudnik ponudbi priloži:

1) BIANCO MENICO s POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV, za zavarovanje resnosti ponudbe, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Izjava ponudnika:

2) Zavezujemo se, da bomo naročniku zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

KRAJ	ŽIG	PONUĐNIK/VODILNI PONUĐNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik: _____

nepreklicno izjavljam, da pooblašчам upravičenca _____, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena **kot zavarovanje za resnost ponudbe** za javno naročilo _____ z oznako _____, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpoljenih delih za znesek _____ EUR.

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi menice za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori ali pa po pozivu k podpisu pogodbe, le-te ne podpiše.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Menični znesek se nakaže upravičencu _____ na IBAN _____ odprt pri _____.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.
Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika _____, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjega našega transakcijskega računa: _____

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblašчам banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _____

IZDAJATELJ MENICE
(podpis in žig)

Priloga:
- bianco menica

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

MENIČNA IZJAVA S POBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE

Za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po Pogodbi št. _____ z dne _____ sklenjene med _____ in _____, za _____, izročamo 1 (eno) bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

_____ (ime in priimek)

_____ (funkcija zastopnika)

_____ (podpis)

V primeru, da ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, pooblaščamo _____, da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim pooblastilom v višini do _____ EUR na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in unovči izpolnjeno menico za v breme:

IBAN : _____, pri _____ (naziv banke),

IBAN : _____, pri _____ (naziv banke),

IBAN : _____, pri _____ (naziv banke).

Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na navedenih transakcijskih računih.

Kot ponudnik izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

V primeru imetništva dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan banki/am za plačilo omenjene menice.

IZDAJATELJ MENICE:

Priloga:

1 X bianco menica

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB TER O POVEZANIH DRUŽBAH

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke:

- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
- ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

PONUĐNIK (pravna oseba, podjetnik, društvo, zavod ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma/Ime: _____

Sedež/Naslov: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti): DA NE

izbran za izvajalca za javno naročilo »**Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo**«

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE:

	Firma, matična in davčna št. pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe	Sedež pravne osebe oziroma prebivališče fizične osebe	Lastniški delež v % oziroma delež ustanoviteljskih pravic v %	Tihi družbenik¹ (ustrezno označiti) – če DA, potem navesti nosilca tihe družbe
1.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2.				DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

¹ Novela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki prenehajo obstajati z dnem 28.7.2012, zato te del določbe 14/VI ZIntPK za družbe s sedežem v RS, ne pride več v poštev. Določba pa velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

3.			DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4.			DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

V kolikor je v lastništvu ponudnika udeleženih več fizičnih ali pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

PODATKI O DRUŽBAH, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom²

	Firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe	Razmerje v skladu s 527. členom ZGD-1
1.		
2.		
3.		

V kolikor je s ponudnikom povezanih več pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma je udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

² 527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

KRAJ	ŽIG	GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

**IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA REŠEVALNEGA VOZILA Z ZAHTEVAMI
STANDARDA SIST EN 1789**

[1] Zavestno, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujeno reševalno vozilo varnostno in tehnično ustreza zahtevam aktualnega standarda SIST EN 1789 na segmentu VSEH zahtev, ki izhajajo iz: [1a] Aneksa A, [1b] drugih zahtev, opredeljenih pod tč. 4 in opravljenih preskušanj ali kontrol, navedenih pod tč. 5 ter; [1c] drugih zahtev imenovanega standarda, ki jih naročnik ni posebej ali drugače opredelil, sama izdelava pa je skladna in najmanj enakovredna z vzorčnimi (testnimi) primerki, podvrženim varnostno tehničnemu preskušanju ali kontroliranju, na katere se nanašajo pridobljena dokazila (certifikati, poročila) o USPEŠNO opravljenem preskušanju ali kontroliranju oz. druge listine, ki dokazujejo USPEŠNO opravljeno preskušanje ali kontroliranje.

[2] Za VSA: [2a] z Aneksom A, [2b] v okviru tč. 5 in [2c] drugimi zahtevami standarda SIST EN 1789 opredeljena, USPEŠNO opravljena preskušanja ali kontroliranja imamo pridobljena pisna dokazila, izdana od, skladno z zahtevami naročnika akreditiranih ali pooblaščenih izdajateljev oz. izvajalcev preskušanj ali kontrol.

[3] Vsa, predhodno izpostavljena dokazila so na zahtevo naročnika dostopna v pisni obliki.

Številka javnega naročila na katero se nanaša izjava: _____

Predelovalec/opremljevalec reševalnega vozila:

Komercialno ime/oznaka reševalnega vozila:

Seštevek vseh obremenitev po katerih so bila izvedena dinamična testiranja*: _____g

*Ponudnik vpiše seštevek izvedenih obremenitev uspešnih dinamičnih testiranj po posamičnih smereh (5 smeri), obvezna priloga je ustrezno poročilo iz katerega izhaja seštevek.

KRAJ	ŽIG	PONUDNIK/VODILNI PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM		

POŠILJATELJ:

Kontaktna oseba:	
Telefon:	
Telefaks:	
Elektronski naslov:	

- ponudba
 sprememba
 umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA

Oddaja javnega naročila:
 »Nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo«,
 JN00 _____/2017-W01, z dne _____

(izpolni vložišče naročnika)

Datum prispetja:	
Ura prispetja:	
Zaporedna št. ponudbe:	
Podpis:	

NASLOVNIK:

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

5270 AJDOVŠČINA