

1. Tehnične lastnosti za **ZOBOZDRAVSTVENI APARAT S PETIMI BIČI**:

- Stol za pacienta z biči zgoraj na poteg, ki se samodejno balansirajo, da uporabniku ne vleče biča nazaj
- Fiksen
- Naslon širok, multifunkcijski naslon za glavo
- Standardno oblazinjenje
- Barva oblazinjenja – po dogovoru
- Naslon roke levi
- Stol za stomatologa

Stomatološki element:

- Barvni zaslon na dotik z nastavitvami za vsak bič posebej
- Biči zgoraj – 5X
- Multifunkcijska nožna stopalka, ter dodatno nožno stikalo montirano na stolu, ki služi za pomik stola v vseh štirih smereh
- Pozicija 1
 - Puster – Sprayvit z ohišjem, ki ga je možno avtoclavirati
- Pozicija 2
 - Mikromotor SL ISO LED
- Pozicija 3
 - Mikromotor SL ISO LED
- Pozicija 4
 - Bič za turbino z optičnimi vlakni za osvetlitev
- Pozicija 5
 - Čistilec zobnega kamna LED
- Pladenj veliki

Asistentkin element:

- Daljši element – nosilec sesalnih cevi
- Komandne funkcije comfort s kontrolami za premik stola, izpiranje umivalnika itd.
- Pozicija 1
 - Puster - Sprayvit
- Pozicija 2
 - Mala sesalka
- Pozicija 3
 - Velika kirurška sesalka
- USB priključek
- Polimerizacijska lučka

Vodni blok:

- Standarni umivalnik - premični
- Amalgam separator, ki ustreza predpisanim standardom
- Naprava za dezinfekcijo
- Grelec vode
- Sistem za čiščenje (spiranje) sesalnih cevi
- Naprava za dezinfekcijo vode ter možnost samodejne dezinfekcije
- Avtomatsko polnjenje kozarčkov in izpiranje fontane

Reflektor:

- Reflektor, širše polje
- Dentalni monitor velikost 22 inch z napajanjem 12V ter primeren za dezinfekcijo

Dodatni pogoji/zahteve:

- Katalog in tehnične lastnosti v slovenščini
- Edukacija za pravilno delovanje stroja

Ponudnik:

Kontaktna oseba: _____

Telefon in mail: _____

P R E D R A Č U N št. _____

Št.	Predmet	EM	Količina	Cena v € (brez DDV)	DDV (%)	Cena skupaj v € (brez DDV)
1.	ZOBOZDRAVSTVENI APARAT S PETIMI BIČI	kos	1			

Skupaj brez DDV: _____ EUR

Popust: _____ % _____ EUR

Skupaj brez DDV s popustom: _____ EUR

DDV: _____ EUR

Skupaj z DDV: _____ EUR

V skladu s 4. odstavkom 78. člena ZJN-2 soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

Rok dobave: _____